Quick Start

Silk'n Flash&Go™ Setup

1. Remove Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit and other components from box.
2. Verify that the Disposable Lamp Cartridge is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the Adaptor cord into the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit socket.
4. Plug the Adaptor into an electrical outlet. The Stand By Indicator Light will turn on.

Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

Treating with Silk'n™ Flash&Go for the first time

The skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

5. Press the On/Stby Switch. The Power On Indicator Light will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
6. Approximately 3.5 seconds after pressing the On/Stby Switch, the Ready Indicator Light will turn on. The device sets itself to deliver the lowest energy level pulses. The device is then ready for you to trigger the first pulse.
7. If the energy level should be higher than the lowest, press the Energy Level Setting Buttons using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set. Energy Level Indicator Lights will coincide with the energy level setting. (See "Energy Level" frame).
8. Apply the Treatment Surface firmly to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the Treatment Surface is in full contact with the skin, the Ready Indicator Light will start blinking.
9. Press the Pulse Button. The device will first determine the color of your skin.

If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the Ready Indicator Light will turn off.

You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.

Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the Ready Indicator Light will turn on again.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support (See: "The Skin Color Sensor" frame)

10. Remove the Treatment Surface from the treated area of skin.
11. Move the Treatment Surface to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses (See "Covering skin areas" frame).

Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

12. Repeat the process starting again with Step 5.

Plan your Silk'n Flash&Go™ hair removal for best results

Typical Silk'n Flash&Go™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

The first 3-4 hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ will be approximately two weeks apart.

Hair removal sessions 5-7 with Silk'n Flash&Go™ will be approximately four weeks apart.

After that you will typically use Silk'n Flash&Go™ again from time to time if and when needed, until long-term results are achieved.

Typical maintenance with Silk'n Flash&Go™ after achieving long-term hair removal:

Due to hormonal or other physiological changes dormant hair follicles may become active. Maintenance hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ may be required from time to time.

English

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: May 2011
Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.
Data is subject to change without notification.
Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.
Specifications are subject to change without notice.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

1. What is Silk'n Flash&Go™? ***p.3***
1.1. Silk'n Flash&Go™ device description *p.3*
1.2. Package contents *p.3*
1.3. The Disposable Lamp Cartridge *p.4*
2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use ***p.4***
3. Safety with Silk'n Flash&Go™ ***p.4***
4. Contraindications ***p.5***
5. When to avoid using Silk'n Flash&Go™ ***p.6***
6. Precautions – How to use Silk'n Flash&Go™ safely ***p.7***
7. Reducing the risk of injury ***p.8***
8. Possible Side Effects using Silk'n Flash&Go™ ***p.9***
9. Plan your Flash&Go™ hair removal for best results ***p.11***
10. First steps with Silk'n Flash&Go™ ***p.12***
10.1. Silk'n Flash&Go Setup™ *p.12*
10.2. Treating with Silk'n Flash&Go™ for the first time *p.12*
10.3. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go? ™ *p.14*
10.4. After treating with Silk'n Flash&Go™ *p.14*
11. Maintenance of Silk'n™ Flash&Go ***p.15***
11.1. Cleaning Silk'n Flash&Go™ *p.15*
11.2. Replacing the Lamp Cartridge *p.15*
12. Troubleshooting ***p.16***
12.1. "My Silk'n Flash&Go™ does not start." *p.16*
12.2. "A light pulse is not emitted when I press the Pulse Switch" *p.16*
13. Customer Service ***p.17***
14. Specifications ***p.17***
15. Labeling ***p.15***
EC Declaration of Conformity ***p.76***

Before using Silk'n Flash&Go™ for the first time, please read this User Manual in its entirety.
Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Flash&Go™.

1. What is Silk'n Flash&Go™?

Silk'n Flash&Go™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.

1.1. Silk'n Flash&Go™ device description

Your Silk'n Flash&Go™ consists of a Hair Removal Unit with a Control Panel and a Disposable Lamp Cartridge.
On the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit Handle you can find the Pulse Button. The Disposable Lamp Cartridge is located at the tip of the Hair Removal Unit.

① Hair Removal unit
② Control panel
③ Pulse button
④ Disposable Lamp Cartridge
⑤ Skin Color Sensor
⑥ Treatment Surface
⑦ Control Panel
⑧ On/Stby switch
⑨ Stand By Indicator Light
⑩ Power On Indicator Light
⑪ Energy Level Setting Buttons
⑫ Energy Level Indicator Lights
⑬ Replace Cartridge Indicator Light
⑭ System Warning Indicator Light
⑮ Skin Tone Warning Indicator Light
⑯ Ready Indicator Light

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Flash&Go™ package, you will find the following parts:
- Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit
- A wall mount adaptor.

- Extra Disposable Lamp Cartridges.
- This User's Manual.
- An Instructional DVD

1.3. The Disposable Lamp Cartridge

The Silk'n Flash&Go™ Disposable Lamp Cartridge can fire 1000 light pulses (regardless of the energy level of these pulses). For average body size 1000 light pulses could cover for example:

One treatment sessions of 2 Legs, 2 Arms, 2 Underarms, and Bikini line.
Or Two treatments sessions of 2 legs and 2 Underarms.
Or Ten treatments sessions of 2 Underarms and Bikini line.
Depending on the body areas you wish to treat, you will typically need to use from one to seven Disposable Lamp Cartridges during the first year of using Silk'n Flash&Go™.

2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use

Silk'n Flash&Go™ is intended for removal of unwanted hair. Silk'n Flash&Go™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n Flash&Go™ may be used to remove unwanted body hair.
Ideal body areas for Silk'n Flash&Go™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back shoulders and chest.

3. Safety with Silk'n Flash&Go™

With Silk'n Flash&Go™ Safety Comes First.

HPL™ technology in Silk'n Flash&Go™ - Superior safety with lower energy level

Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Flash&Go™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.

Silk'n Flash&Go™ protects your skin

Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Flash&Go™ comes with a built-in Skin Color Sensor that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.

Furthermore, the 1.3X3cm² Treatment Surface through which pulses of light are delivered is recessed inside the Lamp Cartridge. This enables Silk'n Flash&Go™ to protect your skin by avoiding direct contact between the Treatment Surface and the skin.

Silk'n Flash&Go™ protects your eyes

Silk'n Flash&Go™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the Treatment Surface is facing open air. The safety switch enables treatment only when the Treatment Surface is in contact with the tissue.

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Flash&Go™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain.

If you are unsure if Silk'n Flash&Go™ is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

- **DO NOT USE Silk'n Flash&Go™ on naturally dark skin complexion!**

Silk'n Flash&Go™ removes unwanted hair by selectively addressing hair pigment. Varied quantities of pigment also exist in the surrounding tissue of skin. The quantity of pigment in a particular person's skin, which is manifested by their skin complexion, determines the degree of risk they are exposed to using light based hair removal.

Treating dark skin with Silk'n Flash&Go™ can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

A unique Skin Color Sensor is embedded in Silk'n Flash&Go™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The Skin Color Sensor ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.

DO NOT ATTEMPT TO USE Silk'n Flash&Go™ on naturally dark skin!
It will not operate! (See skin color table on the inside of the cover)

Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly.
The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.

Using Silk'n Flash&Go™ on skin that has been recently exposed to sunlight can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

DO NOT ATTEMPT TO USE Silk'n Flash&Go™ on tanned skin or after recent sun exposure! Such use can cause serious burns or skin injury.

Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Silk'n Flash&Go™ treatment!

- **Keep away from your eyes!**

Silk'n Flash&Go™ can be used for the treatment of facial hair. Extra caution should be used on the face to avoid the eyes – never use Silk'n Flash&Go™ around or near the eyes.

Keep away from your eyes!

- **NOTE! Silk'n Flash&Go™ is not effective on light hair**

The Silk'n Flash&Go™ device is not effective on naturally white, grey, blond and red body hair. If your body hair is of these colors, Silk'n Flash&Go™ will not work on you.

5. When to avoid using Silk'n Flash&Go™

Certain conditions may prevent the use of Silk'n Flash&Go™ temporarily. DO NOT USE Silk'n Flash&Go™ if any of the following currently apply to you:

- If you are pregnant or nursing (lactating).
- If you were exposed to strong sunlight or an artificial tanning machine during the past 28 days.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the area to be treated.
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts on the area to be treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as cold sore in the area to be

treated. Wait for the effected area to heal before using Silk'n Flash&Go™.

- If you have a history of kelodial scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® and/or topical retinoids.
- If you are currently or have recently been treated with Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, topical retinoids or azelaic acid.
- If you have abnormal skin conditions caused by diabetes, for example, or other systemic or metabolic diseases.
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months.
- If you have been on a steroid regimen within the past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physician and received preventative treatment before using Silk'n Flash&Go™.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.

  If you are unsure if Silk'n Flash&Go™ is safe for you to use, please consult with your doctor or dermatologist.

6. Precautions – How to use Silk'n Flash&Go™ Safely

- **Choose your energy levels CAREFULLY!**

  Energy level refers to the intensity of the light pulse that is projected on your skin during use, from the lowest level (-) to the highest level (+). Indicator Lights on the Control Panel illustrate the energy level at which the machine is set. As the energy level increases, so do the results of Silk'n Flash&Go™ as well as the risk of side effects (see "Possible Side Effects" below).

  Always begin your first use of Silk'n Flash&Go™ at the lowest energy setting (one light at "-")!

  Only if you experience little or no discomfort during and after use of Silk'n Flash&Go™ at the lowest energy setting, raise the energy level by one Indicator Light the next time you use Silk'n Flash&Go™, and so on for each subsequent hair removal session.

  For detailed instructions on energy level setting see "Energy Level" box in the "Treating with Silk'n Flash&Go™ for the first time" section.

- **Avoid adverse effects!**
  Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
  Try to avoid overlapping pulses!
  If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!
- **Avoid complications after use of Silk'n Flash&Go™!**
  Do not expose treated areas of skin to the sun!
  Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffuse sunlight of over 1 hour constantly.
  To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.
- Always shave the area to be treated and make sure that the skin is clean and dry before using the Silk'n Flash&Go™.
- Cover birthmarks and tattoos before Silk'n Flash&Go™ application.
- Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts before Silk'n Flash&Go™ application.
- Never look directly at the light coming from the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ on nipples and genitals (male or female).
- Do not use Silk'n Flash&Go™ on any body site where you might later want hair.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ for any purpose other than hair removal.
- Never point the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface in an attempt to emit a light pulse into open space. Always make sure that the Treatment Surface is pointed at, and in full contact with the skin during application.
- Remove the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface from the skin if either the skin or the Treatment Surface is too hot.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before using Silk'n Flash&Go™.
- Use of Silk'n Flash&Go™ may cause temporary pigmentation changes (See "Possible Side Effects" below).
- Keep this device out of the reach of children. Do not use Silk'n Flash&Go™ on children or allow children to use it.

7. Reducing the risk of injury

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using Silk'n Flash&Go™.
Keep Silk'n Flash&Go™ away from water!

- Silk'n Flash&Go™ is an electrical device. As such it should always be kept away from water.

Do not place or store Silk'n Flash&Go™ where it can fall or be pushed into a tub, sink or any other vessel containing water. Do not place in, or drop into water or any other liquid.
This may cause severe electrocution.

Do not use Silk'n Flash&Go™ while bathing.
Do not use Silk'n Flash&Go™ if it becomes damp or wet.
Do not reach for Silk'n Flash&Go™ if it has fallen into water.
Unplug Silk'n Flash&Go™ immediately if it has fallen into water.

Keep Silk'n Flash&Go™ away from water!

- Never open Silk'n Flash&Go™!
  Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device. Opening Silk'n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device.
Only authorized Silk'n™ repair centers are permitted to perform repairs.

- Trying to open Silk'n Flash&Go™ may also damage the device and will void your warranty. Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.
- Use Silk'n Flash&Go™ only for its intended use and as described in its manual.
- Silk'n Flash&Go™ should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Do not operate Silk'n Flash&Go™ if it has a damaged cord or plug and keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if you see or smell smoke when it is in use.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if it is not working properly or if it appears damaged.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if its Skin Color Sensor is cracked, or broken.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ if the outer shell is cracked or is coming apart.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ with a damaged Disposable Lamp Cartridge, or if its Treatment Surface is cracked, chipped or missing
- Always unplug Silk'n Flash&Go™ from the electrical outlet immediately after use.
- Unplug Silk'n Flash&Go™ before cleaning.
- Do not use Silk'n Flash&Go™ with any attachments or accessories not recommended by Home Skinovations Ltd.

8. Possible side effects using Silk'n Flash&Go™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Flash&Go™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some

degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Event	Likelihood of the Adverse Event	Adverse Effect	Likelihood of the Adverse Effect
Stacking or Overlapping of multiple pulses on the same skin spot	Minor	Minor Skin Discomfort	Minor
		Skin Redness	Minor
		Increased Sensitivity of the Skin	Minor
		Skin Wounds and Burns	Rare
		Scarring	Rare
		Pigment Changes	Rare
		Excessive Redness and Swelling	Rare
		Infection	Negligible
		Bruising	Negligible

- **Minor Skin Discomfort**. Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter.
  Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Flash&Go™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.
- **Skin Redness**. Your skin may become red right after using Silk'n Flash&Go™ or within 24 hours of using Silk'n Flash&Go™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.
- **Increased Sensitivity of the Skin**. The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.
- **Skin Wounds and Burns**. Very rarely, burns or wounds to the skin can occur following the application. The burn or wound can require a few weeks to heal and, extremely rarely, may leave a noticeable permanent scar.
- **Scarring**. Although very rare, permanent scarring may occur. Usually when scarring occurs, it is in the form of a flat and white lesion on the skin (hypotrophic).
  However, it can be large and red (hypertrophic) or large and extend beyond the margins of the injury itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments may be required to improve the appearance of the scar.
- **Pigment Changes**. Silk'n Flash&Go™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.
- **Excessive Redness and Swelling**. In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.

- **Infection**. Infection of the skin is exceedingly rare but is still a possible risk following a skin burn or wound caused by Silk'n Flash&Go™.
- **Bruising**. Very rarely, use of Silk'n Flash&Go™ may cause blue-purple bruising that can last 5 to 10 days. As the bruising fades, there may be a rust-brown discoloration of the skin (hyperpigmentation) that can be permanent.

9. Plan your Flash&Go™ hair removal for best results

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Flash&Go™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.
The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n™ Flash&Go is used.
Typical Silk'n Flash&Go™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

- The first 3-4 hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ will be approximately two weeks apart.
- Hair removal sessions 5-7 with Silk'n Flash&Go™ will be approximately four weeks apart.
- After that you will typically use Silk'n Flash&Go™ again from time to time if and when needed, until long-term results are achieved.

This is the recommended treatment schedule that has proven to produce the best results, but you may plan your personal treatment schedule differently and still get satisfactory results.
Note that treating the same body part more often than once in two weeks, will not improve hair removal results.
Typical maintenance with Silk'n Flash&Go™ after achieving long-term hair removal:
Due to hormonal or other physiological changes dormant hair follicles may become active. Maintenance hair removal sessions with Silk'n Flash&Go™ may be required from time to time.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm2]	Anatomic area of the body[2]	Average Number of Treatments[1]	Effectiveness (% of hair removal/regrowth) [1]
I-IV	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Axilla		55% Hair reduction
I-IV	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Axilla		65% Hair reduction

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.
2. One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

10. First steps with Silk'n Flash&Go™

10.1. Silk'n Flash&Go™ Setup

1. Remove Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit and other components from box.
2. Verify that the Disposable Lamp Cartridge is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the Adaptor cord into the Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit socket.
4. Plug the Adaptor into an electrical outlet. The Stand By Indicator Light will turn on.

Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

10.2. Treating with Silk'n™ Flash&Go for the first time

The skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

5. Press the On/Stby Switch. The Power On Indicator Light will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
6. Approximately 3.5 seconds after pressing the On/Stby Switch, the Ready Indicator Light will turn on. The device sets itself to deliver the lowest energy level pulses. The device is then ready for you to trigger the first pulse.
7. If the energy level should be higher than the lowest, press the Energy Level Setting Buttons using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set. Energy Level Indicator Lights will coincide with the energy level setting. (See "Energy Level" frame).
8. Apply the Treatment Surface firmly to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the Treatment Surface is in full contact with the skin, the Ready Indicator Light will start blinking.
9. Press the Pulse Button. The device will first determine the color of your skin.

If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the Ready Indicator Light will turn off.

You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.

Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the Ready Indicator Light will turn on again.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support (See: "The Skin Color Sensor" frame)

10. Remove the Treatment Surface from the treated area of skin.
11. Move the Treatment Surface to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses (See "Covering skin areas" frame).

Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

12. Repeat the process starting again with Step 5.

If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n Flash&Go™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). Corresponding Indicator Lights on the Control Panel represent the increase in energy. As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Always start your first Silk'n Flash&Go™ hair removal session at the lowest energy setting.

If you experience little or no discomfort during and after the hair removal session using the lowest energy level, raise the energy level by one Indicator Light at the next session, and so on for each subsequent session.

Do not raise the energy level if you experience abnormal discomfort during or after treating with Silk'n Flash&Go™! (See "Possible Side Effects")

Do not raise the energy level during hair removal session even if you experience no discomfort. Discomfort may also appear some time after the session.

Note! After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment

Whenever Silk'n Flash&Go™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one Energy Level Indicator Light will be on.

To set the energy level, press the Energy Level Setting Buttons using "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level. The number of Energy Level Indicator Lights will coincide with the change in energy level.

The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a unique Skin Color Sensor in Silk'n Flash&Go™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the Skin Color Sensor detects a skin tone that is too dark for Silk'n Flash&Go™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n Flash&Go™ support.

Covering skin areas

Silk'n Flash&Go™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.

When applied to the skin, the Silk'n Flash&Go™ Treatment Surface is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.

Try to avoid overlapping pulses!
Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!

If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

10.3. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go™?

For many people, using Silk'n Flash&Go™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Flash&Go™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Flash&Go™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Flash&Go™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the Treatment Surface** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n Flash&Go™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
  Remember it is important to always use low energy settings for initial hair removal sessions. You may feel some warmth for up to an hour after your Silk'n Flash&Go™ session.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Flash&Go™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
  However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Flash&Go™ immediately.

10.4. After treating with Silk'n Flash&Go™

- When Silk'n Flash&Go™ session has been completed turn Silk'n Flash&Go™ off by pressing the On/Stby Switch. All the lit indicators will turn off and the Stby Indicator Light will turn on (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n Flash&Go™ on again.)
- Unplug the Adaptor cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n™ Flash&Go device, especially the Treatment Surface (See: "Cleaning Silk'n Flash&Go™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Flash&Go™ device in its original box, and keep it away from water.

Skin care following hair removal session
Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Flash&Go™ session.

Side effects and complications
Some patients may experience pigmentation changes resulting from treating with Silk'n Flash&Go™. These effects, if they occur, are generally mild and transient.
In case you experience any complication (See "Possible Side Effects using Silk'n Flash&Go™") please contact your physician immediately.

11. Maintenance of Silk'n Flash&Go™

11.1. Cleaning Silk'n™ Flash&Go

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Flash&Go™ device, and especially the Treatment Surface.

- Unplug Silk'n Flash&Go™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n Flash&Go™ surface, and especially the Treatment Surface.

Never immerse Silk'n Flash&Go™ or any of its parts in water!

11.2. Replacing the Lamp Cartridge

The Silk'n Flash&Go™ Disposable Lamp Cartridge can fire 1000 light pulses that would typically cover 2 Legs, Arms, Under arms, and Bikini line. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the Lamp Cartridge.
When a Disposable Lamp Cartridge has reached 90% of its possible lifetime the Replace Cartridge Indicator Light on the Control Panel will start blinking, indicating that the Disposable Lamp Cartridge should soon be replaced.
As the Disposable Lamp Cartridge usage is getting closer to 100%, the blink on-time of the Replace Cartridge Indicator Light will grow longer.
Once all 1000 pulses in a Disposable Lamp Cartridge have been used the Replace Cartridge Indicator Light will be steadily on, indicating that further pulses can not be emitted.
In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the Disposable Lamp Cartridge.

Note: A Disposable Lamp Cartridge should also be replaced if large spots appear inside it or if its Treatment Surface is broken.

To replace a Disposable Lamp Cartridge:
1. Press the On/Stby Switch to turn Silk'n Flash&Go™ to Stby mode.
2. Unplug the power adaptor from the electrical outlet.
3. Grasp the used Disposable Lamp Cartridge on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
4. Unwrap a new Disposable Lamp Cartridge.
5. Push the new Disposable Lamp Cartridge gently into place.

Note! After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

12. Troubleshooting

12.1. "My Silk'n Flash&Go™ does not start."

- Make sure the Power Adaptor is properly connected to the Flash&Go™ device.
- Make sure the Power Adaptor is plugged into an electrical outlet on the wall.

12.2. "A light pulse is not emitted when I press the Pulse Button

Make sure that the Ready Indicator Light is blinking to ensure you have good contact with the skin and that the Treatment Surface is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the Pulse Button will activate a pulse only if the Treatment Surface is firmly pressed against the skin.

- Check the Skin Tone Warning Indicator Light. If it blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the Skin Color Sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support.
- Check the Replace Cartridge Indicator Light. If it is on, disconnect Silk'n Flash&Go™ and replace the Disposable Lamp Cartridge.
- Make sure that the Ready Indicator is on.
  - I If within 10 seconds the Ready Indicator remains off turn Silk'n Flash&Go™ off and back on by pressing the On/Stby Switch twice.
  - I If the problem persists, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.
- Check the System Warning Indicator Light.
  - If the light is on turn Silk'n Flash&Go™ off and back on by pressing the On/Stby Switch twice.
  - I If the problem persists, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Silk'n™ Customer Service Center.

Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device. Only authorized Silk'n™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk'n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.
Trying to open Silk'n Flash&Go™ may also damage the device and will void your warranty.
Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

13. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:
For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
For customers in other countries: info@silkn.com

14. Specifications

Spot Size		1.3cm x 3cm [3.9cm²]
Speed		1 pulse every 3.5 second: 1.1 cm²/sec
Technology		Home Pulsed Light™
Max Energy Level		Max 5J/cm²
Wavelength		475-1200nm
Charging Time/Power Source		Continuous operation
Electrical Requirements		100-240VAC, 0.9A
Time Needed to Treat Lower Legs		30 minutes
Operation and Safety		New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions.
Package Size		22cm x 22cm x 14cm
System weight		0.35kg
Temperature	Operating	10 to 40°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

15. Labeling



Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Follow operating instructions

CSA Mark for USA and Canada.

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

Démarrage rapide

Installation de l'appareil Silk'n Flash&Go™

1. Sortez de la boîte L'épilateur et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'ampoule Remplaçable est correctement insérée à l'extrémité de L'épilateur.
3. Branchez le cordon de L'adaptateur dans la prise de L'épilateur Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez L'adaptateur sur une prise secteur. La Diode Indicatrice Stand By s'allume.

Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

Votre première séance d'épilation avec votre appareil Silk'n Flash&Go™

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyez sur le Bouton On/Stby. La Diode Indicatrice De Puissance s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
6. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le Bouton On/Stby, la Diode Indicatrice Ready s'allumera. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion.
7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le Sélecteur De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Du Niveau De Puissance désiré s'allume. La Diode Indicatrice De Niveau De Puissance qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le niveau de puissance).
8. Pressez fermement la Surface De Traitement sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la Surface De Traitement est complètement en contact avec la peau, la Diode Indicatrice Ready se met à clignoter.
9. Appuyez sur le Pulsateur. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau.

Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la Diode Indicatrice Ready s'éteindra.

Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements.

Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la Diode Indicatrice Ready s'allumera de nouveau.

Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n™ (voir le paragraphe « Le capteur de couleur de peau »)

10. Retirez la Surface De Traitement de la zone de peau traitée.
11. Déplacez la Surface De Traitement sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer (le paragraphe « Couvrir la zone de traitement »).

Avertissement: Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.

Pour de meilleurs résultats avec le Silk'n Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Voici à quoi peut ressembler un calendrier d'épilation pendant un cycle de pousse complet :

Les 3 ou 4 premières séances avec le Silk'n Flash&Go™ se feront aux deux semaines.

De la 5e à la 7e séance, prévoyez les séances d'épilation aux 4 semaines.

Vous pourrez ensuite utiliser de temps en temps votre Silk'n Flash&Go™ et selon vos besoins, jusqu'à l'élimination complète du poil.

On peut prévoir des séances d'entretien par la suite, une fois que vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé.

En raison des changements hormonaux ou physiologiques, il se peut que des follicules au repos soient stimulés. Vous aurez besoin à l'occasion de séances d'entretien.

Tous droits réservés. Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en mai 2011
Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. Home Skinovations Ltd. n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Français

Table des matières

1. Avant de commencer.....*p.21*
1.1. Description de l'appareil Silk'n Flash&Go™.....p.21
1.2. Contenu du paquet.....p.22
1.3. L'ampoule remplaçable.....p.22
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™.....*p.22*
3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™.....*p.22*
4. Contre-indications.....*p.23*
5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ ?.....*p.24*
6. Précautions – Comment utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™ en toute sécurité ?.....*p.25*
7. Réduire les risques de blessures.....*p.27*
8. Effets secondaires éventuels avec Flash&Go™.....*p.28*
9. Pour de meilleurs résultats avec le Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.....*p.29*
10. Premiers pas avec votre Silk'n Flash&Go™.....*p.30*
10.1. Installation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.....p.30
10.2. La première séance par votre Silk'n Flash&Go™.....p.30
10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go ?.....p.32
10.4. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™.....p.33
11. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™.....*p.33*
11.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™.....p.33
11.2. Changement de L'ampoule Remplaçable.....p.34
12. Dépannage.....*p.34*
12.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas.....p.34
12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur.....p.34
13. Service client.....*p.35*
14. Spécifications.....*p.36*
15. Emballage.....*p.37*
Déclaration de conformité CE.....*p.76*

Avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation.
Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.
Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Flash&Go™.

1. Qu'est-ce que Flash&Go™ ?

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

1.1. Description de l'appareil Silk'n Flash&Go™

Votre appareil Silk'n Flash&Go™ comprend un Épilateur sur lequel se trouve un Panneau De Commande et une Ampoule Remplaçable.
Un Pulsateur se trouve sur la Poignée De L'épilateur du Silk'n Flash&Go™. L'ampoule Remplaçable se trouve à l'extrémité de L'épilateur.

① Épilateur
② Panneau de commande
③ Pulsateur
④ Ampoule remplaçable
⑤ Capteur de couleur de peau
⑥ Surface de traitement
⑦ Panneau de commande
⑧ Bouton On/Stby
⑨ Diode indicatrice Stand By
⑩ Diode indicatrice On
⑪ Sélecteurs d'intensité de puissance
⑫ Diodes indicatrices de puissance
⑬ Diodes indicatrices de l'utilisation de l'ampoule
⑭ Diode indicatrice du fonctionnement de l'appareil
⑮ Diode indicatrice de couleur de peau
⑯ Diode indicatrice Ready

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n Flash&Go™ :

- Épilateur Silk'n Flash&Go™
- Adaptateur Secteur
- Ampoules Remplaçables supplémentaires
- Le manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement.

1.3. L'ampoule remplaçable

L'ampoule Remplaçable du Silk'n Flash&Go™ a une capacité de 1000 impulsions (peu importe le niveau d'intensité). On considère que sur une personne de taille moyenne, les 1000 impulsions de l'ampoule couvrent:

- les jambes, les bras, les aisselles et le maillot en UNE séance;
- les jambes, les aisselles en DEUX séances et enfin,
- les aisselles et le maillot en DIX séances.
- Selon la région du corps qui sera traitée, vous aurez besoin d'une à sept Ampoules Remplaçables au cours de la première année d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™

Le Silk'n Flash&Go™ est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n Flash&Go™ est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.
Les régions de traitement par le Silk'n Flash&Go™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™

- La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Flash&Go™
  La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie
  L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Flash&Go™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

- **Le Silk'n Flash&Go™ est conçu avec un dispositif de protection.**
  L'appareil d'épilation Silk'n Flash&Go™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un Capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.
  De plus, la Surface De Traitement de1,3X3 cm^2 par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans L'ampoule Remplaçable. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la Surface De Traitement.
- **Le Silk'n Flash&Go™ possède un dispositif de protection pour les yeux**
  L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la Surface De Traitement est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la Surface De Traitement est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Silk'n Flash&Go™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au www.silkn.com ou le site internet du distributeur dans votre région.
Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Silk'n Flash&Go™, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

- **NE PAS UTILISER le Silk'n Flash&Go™ sur la peau naturellement foncée.**

Le Flash&Go™ vous débarrasse des poils indésirables en s'attaquant de façon sélective aux pigments dans la tige du poil. Toutes sortes de pigments existent dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la peau d'une personne en détermine la couleur, mais également le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Le traitement de la peau foncée avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypo-pigmentation).
Le Silk'n Flash&Go™ a été conçu avec un capteur détecteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce Capteur a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.

N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur la peau naturellement foncée ! Il ne fonctionnera pas !
Consultez le tableau de couleur de peau se trouvant à l'intérieur de la couverture

Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.

Utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur une peau récemment exposée au soleil peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).

N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil ! Un tel usage peut causer des brûlures graves ou des dommages sévères à la peau.

Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n Flash&Go™.

- **Garder loin des yeux !**

Le Silk'n Flash&Go™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Des précautions supplémentaires doivent être observées lors du traitement du visage afin d'éviter les yeux : ne jamais utiliser Silk'n Flash & Go™ autour ou près des yeux.

Garder loin des yeux !

- **REMARQUE: L'appareil Silk'n Flash&Go™ n'est pas efficace contre les poils clairs.**

L'appareil Silk'n Flash&Go™ n'est pas efficace contre les poils blancs, gris ou blonds. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, il se peut que l'appareil Silk'n Flash&Go™ ne vous convienne pas.

5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ ?

L'utilisation du Silk'n Flash&Go™ est contre-indiquée temporairement sous certaines conditions. N'UTILISEZ PAS l'appareil Silk'n Flash&Go™ dans au moins un des cas suivants :

- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à une machine UV au cours des 28 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- État anormal de la peau dans la région à traiter : Taches brunes ou noires, grosses taches de rousseur, taches de naissances, verrues ou naevus pigmentés.
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infection évolutive dans la région à traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d'utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™.
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (p.ex. : aspirines, ibuprofènes, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonyluraes, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy, Acides (AHAs), Acides Beta-Hydroxy (ABHs), Retin-A®, Accutane® ou rétinoïdes topiques.
- Traitement récent ou en cours à base d'alpha-hydroxyacides (AHA), de bêta-hydroxyacides (BHA), de Retin-A®, de rétinoïdes topiques ou d'acide azelaïque.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Traitement à base d'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédent de poussée d'herpès sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un implant pour incontinence urinaire, une pompe à insuline, etc.
- Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.

Si vous avez le moindre doute concernant les risques présentés pour vous au sujet de l'utilisation de l'appareil Silk'n Flash&Go™, consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.

6. Précautions – Comment utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™ en toute sécurité?

- **Choisissez le niveau d'intensité de puissance avec PRUDENCE !**
  Le niveau d'intensité désigne la puissance de la lumière pulsée projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les Diodes Indicatrices De Puissance sur le Panneau De Commande indiquent le niveau d'intensité sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas).
  La première fois que vous utilisez votre appareil, utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - »).

N'augmentez la puissance à la prochaine séance que si vous avez ressenti aucun, sinon un léger désagrément lors de votre première séance ou après, alors que votre appareil était réglé à la puissance minimale. À la séance suivante, augmentez la puissance, un cran à la fois, à une diode supérieure indicatrice d'intensité, et ainsi de suite pour les séances suivantes.
Pour des instructions détaillées sur la sélection de la puissance, voir l'encadré « Puissance » du paragraphe « Le premier traitement avec Silk'n Flash&Go™ »

- **Évitez les effets secondaires !**
  Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
  Évitez de superposer les impulsions !
  Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !
- **Évitez les complications après l'utilisation de Silk'n Flash&Go™ !**
  N'exposez pas les zones traitées au soleil.
  Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue.
- Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire de SPF 30 ou plus, durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.
- Veuillez toujours raser la région à traiter et assurez-vous d'avoir la peau propre avant d'utiliser votre appareil Silk'n Flash&Go™.
- Veuillez couvrir les marques de naissance et les tatous pendant le traitement par le Silk'n Flash&Go™ et couvrir également les taches brunes ou noires, ainsi que les taches de rousseur, les taches de naissances, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ .
- Ne regardez jamais directement la lumière émise par la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™.
- N'utilisez pas le Silk'n Flash&Go™ sur le bout des seins et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas Silk'n Flash&Go™ sur toute partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement.
- N'utilisez pas Silk'n Flash&Go™ à d'autres fins que l'épilation.
- Ne pointez jamais la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™ pour émettre une impulsion de lumière dans un espace ouvert. Assurez-vous toujours de diriger la Surface De Traitement vers la peau et que le contact est complet avant de libérer une impulsion.
- Éloignez la Surface De Traitement du Silk'n Flash&Go™ de la peau si la peau ou la Surface De Traitement sont trop chaudes.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris parfum, désodorisant ou toute autre composition contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant usage du Silk'n Flash&Go™
- L'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™ peut causer un changement passager de pigmentation (Voir plus bas, Effets secondaires éventuels).
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas le Silk'n Flash&Go™ sur des enfants et n'autorisez pas les enfants à l'utiliser.

7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions sont nécessaires afin d'assurer votre sécurité lorsque vous utilisez Silk'n Flash&Go™.

Éloignez Silk'n Flash&Go™ de toute source d'eau !

- Silk'n Flash&Go™ est un appareil électrique et ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.
  Ne rangez pas Silk'n Flash&Go™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant liquide. Ne le placez pas dans l'eau et ne l'échappez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
  Cela provoquerait une grave électrocution.
  N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ durant votre bain.
  N'utilisez pas l'appareil Silk'n Flash&Go™ s'il est humide ou mouillé.
  Ne rattrapez pas Silk'n Flash&Go™ , s'il est tombé à l'eau.
  Débranchez immédiatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ s'il est tombé à l'eau.

Éloignez Silk'n Flash&Go™ de toute source d'eau !

- N'ouvrez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ !
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Flash&Go™. Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™. Seuls les centres de réparation agréés par Silk'n™ sont habilités à effectuer des réparations.
- Essayer d'ouvrir Silk'n Flash&Go™ comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.
- Utilisez Silk'n Flash&Go™ uniquement pour l'usage prévu et en respectant les instructions du présent manuel.
- Ne laissez jamais votre Silk'n Flash&Go™ branché et sans surveillance.
- Ne branchez pas Silk'n Flash&Go™ si le cordon ou la prise sont endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas votre appareil Silk'n Flash&Go™ si vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il est en état de marche
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si vous constatez une défectuosité ou un bris.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si le Capteur qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ si la coquille de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- N'utilisez pas votre Silk'n Flash&Go™ avec une Ampoule Remplaçable en mauvais état ou une Surface De Traitement fendue, brisée ou manquante.

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™ de la prise électrique murale immédiatement après usage.
- Débranchez votre appareil Silk'n Flash&Go™ lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de composantes avec votre appareil Silk'n Flash&Go™ n'ayant pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.

8. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Flash&Go™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Evénement redouté	Manifestation de l'événement redouté	Effet secondaire	Manifestation de l'effet secondair
Superposition ou administration répétée des impulsions sur la même zone	Léger	Léger inconfort / désagrément de la peau	Léger
		Rougeur	Léger
		Hypersensibilité de la peau	Léger
		Brûlures ou plaies	Rare
		Cicatrice	Rare
		Changement de la pigmentation	Rare
		Rougeur excessive de la peau et enflure	Rare
		Infection	Négligeable
		Ecchymose	Négligeable

- **Sensation cutanée d'un léger désagrément.** Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent.
  Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.
- **Rougeur**. Votre peau peut rougir juste après l'utilisation de Flash&Go™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.
  Hypersensibilité de la peau. La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.
- **Brûlures ou plaies.** Très rarement, la peau peut subir des blessures ou des brûlures suite à l'application. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour une guérison totale et, dans des cas exceptionnels, une cicatrice peut subsister.
- **Cicatrice.** Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de coloration blanchâtre (hypotrophique).

Toutefois, la cicatrice peut être large et rouge (hypotrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde). Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être requis pour en améliorer l'apparence.

- **Changement de la pigmentation**. L'appareil Silk'n Flash&Go™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.
- **Rougeur excessive et enflure/gonflement**. Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.
- **Infection**. Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par Silk'n Flash&Go™.
- **Ecchymose**. Très rarement, l'utilisation de Silk'n Flash&Go™ peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration rouille (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

9. Pour de meilleurs résultats avec le Flash&Go™, prévoyez vos sé ances d'épilation à l'avance.

Un cycle de croissance pilaire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Flash&Go™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.
L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.
Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Flash&Go™ durant un cycle pilaire complet :

- Les 3 à 4 premières séances d'épilation avec Silk'n Flash&Go™ se feront aux deux semaines.
- De la 5ème à la 7ème, les séances s'échelonneront approximativement aux quatre semaines.
- Ensuite, vous utiliserez Silk'n Flash&Go™ à l'occasion et selon vos besoins jusqu'à obtenir une épilation permanente.

Vous pourrez planifier vos séances personnelles à votre rythme et obtenir quand même des résultats satisfaisants. Par contre nous vous recommandons de suivre ce calendrier, car il a donné d'excellents résultats.
À noter : Traiter la même zone plus d'une fois aux deux semaines ne donne pas de meilleurs résultats.
Vous pourriez planifier des séances d'épilation de maintien avec votre Silk'n Flash&Go™ après avoir atteint vos objectifs : En raison des facteurs hormonaux et des changements physiologiques, les follicules au repos peuvent devenir actifs. Des séances de maintien pourront donc éventuellement être nécessaires à l'occasion.

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm^2]	Surface de la région de traitement[2]	Nombre de traitement en moyenne[1]	Efficacité (% de l'épilation/ repousse)[1]
I-IV	Brun moyen à brun	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60% de diminution de la pilosité
			Bras		50% de diminution de la pilosité
			Maillot		60% de diminution de la pilosité
			Aisselles		55% de diminution de la pilosité
I-IV	Brun à noir	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70% de diminution de la pilosité
			Bras		60% de diminution de la pilosité
			Maillot		70% de diminution de la pilosité
			Aisselles		65% de diminution de la pilosité

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.
2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

10. Premiers pas avec votre Silk'n Flash&Go™

10.1. Installation de votre appareil Silk'n Flash&Go™

1. Sortez de la boîte L'épilateur et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'ampoule Remplaçable est correctement insérée à l'extrémité de L'épilateur.
3. Branchez le cordon de L'adaptateur dans la prise de L'épilateur Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez L'adaptateur sur une prise secteur. La Diode Indicatrice Stand BY s'allume.

Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

10.2. La première séance par votre Silk'n Flash&Go™

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyez sur le Bouton On/Stby. La Diode Indicatrice De Puissance s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
6. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le Bouton On/Stby, la Diode Indicatrice Ready s'allumera. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion.
7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le Sélecteur De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Du Niveau De Puissance désiré s'allume. La Diode Indicatrice De Niveau De Puissance qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le niveau de puissance).
8. Pressez fermement la Surface De Traitement sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la Surface De Traitement est complètement en contact avec la peau, la Diode Indicatrice Ready se met à clignoter.
9. Appuyez sur le Pulsateur. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau.

Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la Diode Indicatrice Ready s'éteindra.

Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements.
Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la Diode Indicatrice Ready s'allumera de nouveau.
Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n™ (voir le paragraphe « Le capteur de couleur de peau »)
10. Retirez la Surface De Traitement de la zone de peau traitée.
11. Déplacez la Surface De Traitement sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer (le paragraphe « Couvrir la zone de traitement »).
Avertissement: Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.
12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.
Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). Les Diodes Indicatrices De Puissance correspondantes sur le Panneau De Commande indiquent le niveau de puissance sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).
Utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - ») pour votre première utilisation de votre Silk'n Flash&Go™.
Si au cours de votre première séance d'épilation ou après, vous ressentez peu ou aucun désagrément, vous pourrez essayer, à votre prochaine séance, d'augmenter d'un cran le niveau de puissance dont vous verrez s'allumer la Diode Indicatrice correspondante, et ainsi de suite.

N'augmentez pas la puissance si vous avez ressenti plus d'inconfort que d'habitude ou après avoir utilisé l'appareil (voir les effets secondaires possibles).
N'augmentez pas l'intensité de puissance au cours d'une séance si vous n'avez pas ressenti d'inconfort. Il est possible que vous n'en ressentiez pas pendant le traitement, mais après.

Remarque : Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un cran plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule Diode Indicatrice De Puissance sera allumée.
Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le Sélecteur

De Puissance à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la Diode Indicatrice Correspondante à l'intensité que vous voulez s'allume.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).

Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un Capteur De Couleur, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le Capteur détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.

Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la Diode Indicatrice De Couleur De Peau se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n Flash&Go™.

Couvrir la zone de traitement

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.

La Surface De Traitement est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.

Éviter de superposer des impulsions !
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !

ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !

10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Flash&Go™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Flash&Go™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Flash&Go™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la Surface De Traitement** – nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la

zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n Flash&Go™.

- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
  N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.
  Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ immédiatement.

10.4. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™

A la fin de votre séance de Silk'n Flash&Go™, éteignez votre appareil en appuyant sur le Bouton On/Stby. Tous les voyants s'éteindront et la Diode Indicatrice Stand By s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).

- Débranchez L'adaptateur de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement (voir le paragraphe « Nettoyage du Silk'n Flash&Go™ »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation
N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.

Effets secondaires et complications
Certaines patientes peuvent subir une altération de leur pigmentation suite au traitement avec Silk'n Flash&Go™. Ces effets, lorsqu'ils apparaissent, sont généralement légers et passagers. En cas de complication (voir « Effets secondaires éventuels ») **contactez votre médecin traitant immédiatement.**

11. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™

11.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \
- pour essuyez délicatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ et surtout sa Surface De Traitement.

Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ ou l'un de ses composants dans l'eau !

11.2. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

L'ampoule Remplaçable du Silk'n Flash&Go™ a une capacité de 1000 impulsions permettant généralement de couvrir les jambes, les bras, les aisselles et le maillot. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de L'ampoule Remplaçable.
Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une Ampoule Remplaçable. Lorsque cette dernière a atteint 90% de sa durée de vie, la Diode Indicatrice De Remplacement De L'ampoule clignotera sur le Panneau De Commande avertissant que l'ampoule devra être remplacée prochainement.
Lorsque le taux d'utilisation de L'ampoule Remplaçable se rapproche de 100%, la période allumée du clignotement de la Diode Indicatrice Du Remplacement De L'ampoule s'allongera.
Lorsque les 1000 impulsions de L'ampoule Remplaçable ont été émises, La Diode Indicatrice De Remplacement De L'ampoule utilisée à 100% s'allumera vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer L'ampoule Remplaçable.

Remarque : une Ampoule Remplaçable doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa Surface De Traitement est cassée.

Pour changer L'ampoule Remplaçable :
1. Appuyez sur le Bouton On/Stby de votre Silk'n Flash&Go™ pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez L'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez L'ampoule utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle Ampoule Remplaçable.
5. Insérez la nouvelle Ampoule Remplaçable en la poussant doucement en place.

Remarque : Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un cran plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

12. Dépannage

12.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas

- Assurez-vous que L'adaptateur est correctement branché à l'appareil Flash&Go™.
- Assurez-vous que L'adaptateur est correctement branché sur une prise secteur murale.

12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur

Assurez-vous que la Diode Indicatrice Ready clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la Surface De Traitement est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le Pulsateur sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la Surface De Traitement est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la Diode Indicatrice De Couleur De Peau. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Capteur, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n.
- Vérifiez la Diode Indicatrice Du Remplacement De L'ampoule. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez L'ampoule Remplaçable.
- Assurez-vous que la Diode Indicatrice Ready est allumée.
- I Si au bout de 10 secondes, la Diode Indicatrice Ready reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le Bouton On/Stby.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Vérifiez la Diode Indicatrice De Fonctionnement de l'appareil.
- Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le Bouton On/Stby.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Si ces problèmes persistent, contactez le service client Silk'n™ de votre région.

N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™.
Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

13. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.
Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.
Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

14. Spécifications

Taille du point d'impact		1,3 cm x 3 cm [3,9 cm^2]
Vitesse		1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm2 / sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Puissance maximale		Max 5J/cm^2
Longueur d'onde		475-1200nm
Temps de charge / Source d'énergie		Fonctionnement continu
Installation électrique requise		100-240VAC, 0,9A
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes		30 minutes
Maniement et sécurité		Nouveauté : un capteur détecteur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire.
Dimensions de l'emballage		22cm x 22cm x 14cm
Poids de l'appareil		0,35kg
Température	Fonctionnement	10 to 40°C
	Stockage	-40 to +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 to 75%HR
	Stockage	10 to 90%HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 to 1060hPa
	Stockage	500 to 1060hPa

16. Étiquetage



Degré de protection contre les décharges électriques : appareil de type BF

(DEEE) – Déchets d'équipement électrique et électronique

Marquage CE

Suivre les directives d'utilisation

Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada

Protection contre l'humidité : ordinaire

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Snelstartgids

Voorbereiding Silk'n Flash&Go™

1. Haal de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer dat de Verwisselbare Lamp op de juiste manier in het uiteinde van het apparaat geplaatst is.
3. Steek het snoer van de Adapter in de aansluiting van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid.
4. Sluit de Adapter aan op een elektrisch stopcontact. Het Standby-Indicatielampje gaat branden.

Uw Silk'n Flash&Go™ is nu klaar voor gebruik.

De eerste behandeling met de Silk'n Flash&Go™

De huid moet geschoren, schoon en droog zijn, en vrij van poeder of deodorant.

5. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar. Het Aan-Indicatielampje gaat branden en u hoort een ventilatorgeluid (zoals het geluid van een föhn).
6. Ca. 3,5 seconde nadat u op de Aan/Stby-Schakelaar gedrukt heeft, gaat het Gereed-Indicatielampje branden. Het apparaat stelt zichzelf in om lichtpulsen van het laagste energieniveau af te geven. Het apparaat is dan klaar voor gebruik en u kunt de eerste lichtpuls afgeven.
7. Als u een hoger energieniveau wilt instellen dan het laagste niveau drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+", om het niveau te verlagen of te verhogen totdat het gewenste energieniveau bereikt is. De Energieniveau-Indicatielampjes tonen het ingestelde energieniveau (zie het kader "Energieniveau").
8. Druk het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid aan en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en strak getrokken is. Zodra het Behandelingsoppervlak geheel met de huid in aanraking is, begint het Gereed-Indicatielampje te knipperen.
9. Druk op de Pulstoets. Het apparaat bepaalt eerst de kleur van uw huid.

Als de kleur van de huid licht genoeg is om veilig behandeld te kunnen worden, geeft het apparaat een lichtpuls af op uw huid. Het Gereed-Indicatielampje dooft daarna uit.

U ziet een felle lichtflits en hoort tegelijkertijd een plopgeluidje, wat het normale geluid van het apparaat is. U kunt een warm en tintelend gevoel ervaren.

De Silk'n Flash&Go™ laadt meteen weer op voor de volgende puls. Na 3,5 seconde gaat het Gereed-Indicatielampje weer branden.

Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice (zie het kader "De huidskleursensor").

10. Haal het Behandelingsoppervlak van het behandelde gedeelte van de huid af.
11. Verplaats het Behandelingsoppervlak naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de afdrukken die het apparaat op uw huid achterlaat om te bepalen waar de volgende puls afgegeven moet worden. Op deze manier kunt u voorkomen dat u stukken overslaat of dat de pulsen elkaar overlappen (zie het kader "Behandeling van alle gedeelten van de huid").

Waarschuwing: Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan eens per behandeling! Hierdoor wordt de kans op ongunstige bijwerkingen aanzienlijk verhoogd.

12. Begin weer bij stap 5 en herhaal het proces.

Plan uw Silk'n Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat

Een gangbaar Silk'n Flash&Go™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:

Er moet ca. 2 weken tijd tussen de eerste 3-4 ontharingsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ gelaten worden.

Tussen ontharingsbehandelingen 5-7 kunt u ca. vier weken tijd laten.

Daarna kunt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat af en toe gebruiken wanneer het nodig is, totdat de lange-termijnresultaten bereikt zijn.

Onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ na het bereiken van lange-termijnontharing:

Door hormonen of andere fysiologische veranderingen kunnen rustende haarzakjes actief worden. Af en toe kunnen onderhoudsbehandelingen met Silk'n™ nodig zijn

Copyright Ó 2011 Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Drukdatum: Mei 2011
Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de prestatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door Home Skinovations Ltd. gezien als juist en betrouwbaar. Home Skinovations Ltd. accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van Home Skinovations Ltd.
Niets van dit document mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd.
Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstrekken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. verkregen is.
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

1. Wat is Silk'n Flash&Go™ *p.40*
1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat *p.40*
1.2. Inhoud verpakking *p.40*
1.3. De verwisselbare lamp *p.40*
2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™ *p.41*
3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™ *p.41*
4. Contra-indicaties *p.42*
5. Wanneer mag u Silk'n Flash&Go™ niet gebruiken *p.43*
6. Voorzorgsmaatregelen - veilig gebruik van Silk'n Flash&Go™ *p.44*
7. Het risico op verwonding verminderen *p.45*
8. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ *p.47*
9. Plan uw Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat *p.48*
10. De eerste stappen met Silk'n Flash&Go™ *p.49*
10.1. Voorbereiding Silk'n Flash&Go™ *p.49*
10.2. De eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™ *p.49*
10.3. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™? *p.51*
10.4. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™ *p.51*
11. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™ *p.52*
11.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™ *p.52*
11.2. Het vervangen van de Lamp *p.52*
12. Probleemoplossing *p.53*
12.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet." *p.53*
12.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk." *p.53*
13. Klantenservice *p.54*
14. Specificaties *p.55*
15. Etiket *p.56*
EC Verklaring van Overeenstemming *p.76*

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Flash&Go™ apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n Flash&Go™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.
Silk'n Flash&Go™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden.
Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n Flash&Go™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.

1. Wat is Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.

1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat.

Uw Silk'n Flash&Go™ bestaat uit een Ontharingseenheid met een Bedieningspaneel en een Verwisselbare Lamp.
Op het Handvat van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid vindt u de Pulstoets. De Verwisselbare Lamp bevindt zich aan het uiteinde van de Ontharingseenheid.

① Ontharingseenheid
② Bedieningspaneel
③ Pulstoets
④ Verwisselbare lamp
⑤ Huidskleursensor
⑥ Behandelingsoppervlak
⑦ Bedieningspaneel
⑧ Aan/Stby-schakelaar
⑨ Standby-indicatielampje
⑩ Aan-indicatielampje
⑪ Energieniveau-instellingstoetsen
⑫ Energieniveau-indicatielampjes
⑬ Lamp vervangen-indicatielampje
⑭ Systeemwaarschuwingsindicatielampje
⑮ Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje
⑯ Gereed-indicatielampje

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Flash&Go™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n Flash&Go™ ontharingseenheid
- Een muurbevestigingsbeugel
- Extra verwisselbare lampen
- Deze gebruiksaanwijzing
- Een instructie - DVD

1.3. De verwisselbare lamp

De Silk'n Flash&Go™ VERWISSELBARE LAMP kan 1000 lichtpulsen afgeven (ongeacht het energieniveau van deze pulsen). Voor een gemiddeld lichaamsformaat zijn 1000 lichtpulsen voldoende voor bijvoorbeeld:
Eén behandeling van 2 benen, 2 armen, 2 oksels en bikinilijn.
Of: Twee behandelingen van 2 benen en 2 oksels.
Of: Tien behandelingen van 2 oksels en bikinilijn.
Afhankelijk van welke lichaamsdelen u wenst te behandelen, heeft u tijdens het eerste gebruiksjaar van de Silk'n Flash&Go™ één tot zeven Verwisselbare Lampen nodig.

2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk'n Flash&Go™ is ook bedoeld om lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van haargroei wordt gedefiniëerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat weer aangroeit naar een reeks behandelingen.

Silk'n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar.
De lichaamsdelen waarop Silk'n Flash&Go™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, schouders en borstkas.

3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™

Bij Silk'n Flash&Go™ staat veiligheid voorop.
HPL™ technologie bij Silk'n Flash&Go™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau
Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n Flash&Go™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.

Silk'n Flash&Go™ beschermt uw huid

Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruinde huid. De Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruind is.

Het Behandelingsoppervlak van 1,3X3cm², waar de lichtpulsen doorheen gezonden worden, is ver binnenin de Verwisselbare Lamp aangebracht. Op deze manier kan Silk'n Flash&Go™ uw huid beschermen door direct contact tussen het Behandelingsoppervlak en de huid te vermijden.

Silk'n Flash&Go™ beschermt uw ogen

Het Silk'n Flash&Go™ apparaat is voorzien van een ingebouwde veiligheidsmaatregel ter bescherming van uw ogen. Het apparaat is zo ontworpen dat er geen lichtpuls uitgezonden kan worden wanneer het Behandelingsoppervlak niet tegen de huid gehouden wordt. Door deze veiligheidsschakelaar is behandeling alleen mogelijk wanneer het Behandelingsoppervlak tegen de huid aan gehouden wordt.

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n Flash&Go™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n Flash&Go™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silkn.com of uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken.

Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n Flash&Go™ voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog!

- **GEBRUIK Silk'n Flash&Go™ NIET op een van nature donkere huid!**

Silk'n Flash&Go™ verwijdert ongewenste haargroei door zich selectief op het haarpigment te richten. Het omliggende weefsel van de huid bevat ook verschillende hoeveelheden pigment. De hoeveelheid pigment in de huid van een bepaald persoon, dat tot uitdrukking komt in hun huidskleur, bepaalt het risico waaraan dat persoon blootgesteld wordt tijdens het gebruik van een op lichtflitsen gebaseerd ontharingsmethode.

Het behandelen van een donkere huid met Silk'n Flash&Go™ kan nadelige gevolgen hebben, zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).

Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde Huidskleursensor, die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. De Huidskleursensor garandeert dat de pulsen alleen afgegeven worden op geschikte huidskleuren.

PROBEER Silk'n Flash&Go™ NIET TE GEBRUIKEN op een van nature donkere huid! Het apparaat werkt dan niet! Zie de huidskleurtabel aan de binnenzijde van de omslag.

Gebruinde huid, vooral vlak na het zonnebaden, bevat grote hoeveelheden melaninepigment. Dit geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook de huidtypen die niet snel bruin lijken te worden. Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine loopt de huid meer risico bij het gebruik van een op lichtflitsen gebaseerde ontharingsmethode.

Het gebruik van Silk'n Flash&Go™ op een huid die pas blootgesteld is aan zonlicht kan nadelige gevolgen hebben, zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie)

PROBEER Silk'n Flash&Go™ NIET TE GEBRUIKEN op een door de zon gebruinde huid of vlak na het zonnen! Dit kan ernstige brandwonden of huidbeschadigingen veroorzaken.

Vermijd blootstelling aan de zon 4 weken vóór uw Silk'n Flash&Go™ behandeling!

- **Houd het apparaat uit de buurt van uw ogen!**

Silk'n Flash&Go™ kan gebruikt worden voor het behandelen van gezichtshaar. Bij behandeling van het gezicht moet extra zorgvuldig te werk gegaan worden om de ogen te vermijden – gebruik Silk'n Flash&Go™ nooit rond of vlakbij de ogen.

Houd het apparaat uit de buurt van uw ogen!

- **OPMERKING! Silk'n Flash&Go™ werkt niet op lichtgekleurd haar.**

Het Silk'n Flash&Go™ apparaat werkt niet op van nature wit, grijs, blond en rood lichaamshaar. Als uw lichaamshaar één van deze kleuren heeft, werkt Silk'n Flash&Go™ niet bij u.

5. Wanneer mag u Silk'n Flash&Go™ niet gebruiken

Onder bepaalde omstandigheden mag Silk'n Flash&Go™ tijdelijk niet gebruikt worden. GEBRUIK Silk'n Flash&Go™ NIET wanneer één of meer van de volgende situaties op u van toepassing zijn:

- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Als u tijdens de laatste 28 dagen blootgesteld bent aan sterk zonlicht of aan een kunstmatig bruiningsapparaat.
- Als u een tatoeage of permantente make-up heeft op de plaats die u wilt behandelen.
- Als u donkerbruine of zwarte vlekken heeft op de plaats die u wilt behandelen, zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten.
- Als u exzeem, psoriasis, huidbeschadigingen, open wonden of actieve infecties zoals koortsuitslag heeft op de plaats die u wilt behandelen. Wacht totdat de huid geheeld is voordat u Silk'n Flash&Go™ gebruikt.
- Als u een geschiedenis van keloïde littekenvorming heeft, een bekende overgevoeligheid voor licht heeft of medicijnen gebruikt waardoor de huid gevoeliger voor licht wordt, zoals ontstekingsremmende geneesmiddelen (bv. aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretica, sulfonylurea, sulfonamiden, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxyzuren (AHA's), Beta-Hydroxyzuren (BHA's), Retin-A®, Accutane® en/of topische retinoïden.
- Als u op dit moment behandelt wordt of pasgeleden behandelt bent met Alpha-Hydroxyzuren (AHA's), Beta-Hydroxyzuren (BHA's), Retin-A®, topische retinoïden of azelaïnezuur.
- Als u lijdt aan huidaandoeningen die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld diabetes of andere systemische of metabolische ziekten.
- Als u binnen de afgelopen 6 maanden behandeld bent met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u binnen de afgelopen 3 maanden een steroïdenkuur heeft gevolgd.
- Als u een geschiedenis van herpesaanvallen heeft op de plaats die u wilt behandelen, tenzij u uw arts geraadpleegd heeft en preventief behandelt bent voordat u Silk'n Flash&Go™ gebruikt.
- Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u een actief implantaat heeft, zoals een pacemaker, incontinentie-apparaat, insulinepomp, enz.
- Als u aan een ziekte lijdt die verwant is aan lichtovergevoeligheid, zoals porphyria, polymorfe lichteruptie, lupus, enz.
- Als u een geschiedenis van huidkanker of potentieel kwaadaardige huidtumoren heeft.
- Als u binnen de afgelopen 3 maanden stralingstherapie of chemotherapie heeft ondergaan.
- Als u aan een andere aandoening lijdt en uw arts van mening is dat behandeling met Silk'n Flash&Go™ hierdoor voor u niet veilig is.

Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n Flash&Go™ voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog.

6. Voorzorgsmaatregelen - Veilig gebruik van Silk'n Flash&Go™

- **Wees Voorzichtig bij het kiezen van het energieniveau!**
  Het energieniveau verwijst naar de intensiteit van de lichtpuls die op uw huid geprojecteerd wordt tijdens gebruik, van het laagste niveau (-) tot het hoogste niveau (+). De Indicatielampjes op het Bedieningspaneel tonen het energieniveau waarop het apparaat ingesteld is. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de Silk'n Flash&Go™ behandeling ook verhoogd, evenals het risico op bijwerkingen (zie "Eventuele bijwerkingen" hieronder).
  Begin uw eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™ altijd op het laagste energieniveau (één lampje op "-")! Alleen als uw weinig of geen ongemak ervaart tijdens en na het gebruik van Silk'n Flash&Go™ op de laagste

energiestand kunt u het energieniveau bij de volgende behandeling verhogen met één Indicatielampje, en bij elke daaropvolgende behandeling weer een lampje.
Zie het kader "Energieniveau" in het hoofdstuk "De eerste behandeling met Silk'n Flash&Go™" voor meer informatie over het instellen van het energieniveau.

- **Voorkom ongunstige bijwerkingen!**
  Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!
  Probeer het overlappen van de lichtpulsen te voorkomen!
  Staak Het Gebruik Onmiddellijk wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!
- **Voorkom complicaties na het gebruik van Silk'n Flash&Go™!**
  Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon!
  Blootstelling aan de zon houdt in: onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht van meer dan 15 minuten achter elkaar, of onbeschermde blootstelling aan indirect zonlicht van meer dan 1 uur achter elkaar.
  Bescherm pas behandelde huid goed tegen de zon met een zonnebrandcrème met factor 30 of hoger, voor 2 weken na de laatste behandeling.
- Scheer het te behandelen gedeelte altjid, en zorg ervoor dat de huid schoon en droog is voordat u het Silk'n Flash&Go™ apparaat gebruikt.
- Dek moedervlekken en tatoeages af vóór de behandeling met Silk'n Flash&Go™.
- Dek donkerbruine of zwarte vlekken zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten af vóór de behandeling met Silk'n Flash&Go™.
- Kijk nooit rechtstreeks in het licht dat uit het Behandelingsoppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat komt.
- Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet op tepels en geslachtsdelen (mannelijk of vrouwelijk).
- Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet op lichaamsdelen waar u later misschien haar wilt laten groeien.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet voor een ander doeleinde dan ontharing.
- Richt het Behandelingsoppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit van de huid af om een lichtpuls in de open ruimte af te geven. Zorg er altijd voor dat het Behandelingsoppervlak op de huid gericht is en geheel met de huid in aanraking is tijdens het afgeven van een lichtpuls.
- Haal het Silk'n Flash&Go™ Behandelingsoppervlak van de huid af wanneer de huid of het Behandelingsoppervlak te heet wordt.
- Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen zoals alcohol (inclusief parfum, handreinigingsmiddelen of andere alcoholhoudende producten) of aceton om de huid te reinigen voor het gebruik van Silk'n Flash&Go™.
- Het gebruik van Silk'n Flash&Go™ kan tijdelijke pigmentatieveranderingen veroorzaken (zie "Eventuele bijwerkingen" hieronder).
- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen. Gebruik het Silk'n Flash&Go™ niet op kinderen en laat kinderen het apparaat niet gebruiken.

7. Het risico op verwonding verminderen

Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden om uw veiligheid zeker te stellen.
Houd het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit de buurt van water!

- De Silk'n Flash&Go™ is een elektrisch apparaat. Daarom moet het altijd uit de buurt van water gehouden worden.

Plaats of bewaar het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet op een plaats waar het in een badkuip, teil of een andere met water gevulde container kan vallen of erin geduwd kan worden. Plaats of laat het apparaat niet in water of een andere vloeistof vallen.
Dit kan een ernstige elektrische schok veroorzaken.
Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet tijdens het baden.
Gebruik Silk'n Flash&Go™ niet wanneer het apparaat nat of vochtig is geworden.
Pak het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet op als het in het water gevallen is.
Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het Silk'n Flash&Go™ apparaat in het water gevallen is.

Houd het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit de buurt van water!

- Maak het Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit open!
  Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren. Het openen van het Silk'n Flash&Go™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.

Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren.
Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

- Als u probeert het Silk'n Flash&Go™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen. Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat alleen voor het beoogde doel, en zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Laat de Silk'n Flash&Go™ nooit zonder toezicht achter wanneer de apparaat aangesloten is op het stopcontact.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet als het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is, en houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer u rook ziet of ruikt tijdens gebruik.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer het niet goed werkt of beschadigd lijkt te zijn.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer de Huidskleursensor kapot is.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet wanneer de behuizing gebarsten is of uit elkaar valt.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet met een beschadigde Verwisselbare Lamp, of wanneer het
- Behandelingsoppervlak gebarsten of beschadigd is of ontbreekt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact meteen na gebruik van de Silk'n Flash&Go™.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het Silk'n Flash&Go™ apparaat niet met hulpstukken of accessoires die niet aanbevolen zijn door Home Skinovations Ltd.

8. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

Nadelige gebeurtenis	Waarschijnlijkheid	Nadelig gevolg	Waarschijnlijkheid
Meerdere pulsen op hetzelfde gedeelte van de huid afgeven of overlappen van de pulsen	Weinig	Licht huidongemak	Weinig
		Roodheid van de huid	Weinig
		Extra gevoeligheid van de huid	Weinig
		Huidverwondingen en brandwonden	Zeldzaam
		Littekenvorming	Zeldzaam
		Pigmentatieveranderingen	Zeldzaam
		Overmatige roodheid en zwelling	Zeldzaam
		Infectie	Te verwaarlozen
		Blauwe plekken	Te verwaarlozen

- **Lichte huidongemakken**. Hoewel ontharing op basis van lichtpulsen over het algemeen goed verdragen wordt, ervaren de meeste gebruikers wat licht ongemak tijdens gebruik. Dit wordt meestal beschreven als een licht stekend gevoel in de behandelde gedeelten van de huid. Dit stekende gevoel houdt meestal alleen aan tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna.
  Het is abnormaal meer pijn te ervaren dan dit lichte ongemakkelijke gevoel. Als dit het geval is betekent dit dat uw huid de ontharingsbehandeling niet kan verdragen en dat u niet door mag gaan met het gebruik van Silk'n™ Flash&Go, of dat het energieniveau te hoog ingesteld is.
- **Roodheid van de huid**. Uw huid kan vlak na het gebruik van Silk'n Flash&Go™ rood worden, of binnen 24 uur na het gebruik van Silk'n™. De roodheid verdwijnt meestal binnen 24 uur. Raadpleeg uw huisarts wanneer de roodheid niet verdwijnt binnen 2 tot 3 dagen
- **Extra gevoeligheid van de huid**. De behandelde huid is gevoeliger dan normaal en kan droog zijn of schilferen.
- **Huidverwondingen en brandwonden**. In zeldzame gevallen kunnen verwondingen of brandwonden ontstaan na de behandeling. Het kan een paar weken duren voordat de wond of verbranding geheeld is, en in zeer zeldzame gevallen kan er een permanent litteken achterblijven
- **Littekenvorming**. In zeer zeldzame gevallen kan permanente littekenvorming optreden. Wanneer littekenvorming optreedt is dit meestal een platte, witte verkleuring van de huid (hypotrofisch).
  Het kan echter ook groot en rood worden (hypertrofisch) of zich buiten de grenzen van de verwonding zelf uitbreiden (keloïde). Esthetische behandeling kan nodig zijn om het aanzien van het litteken te verbeteren.
- **Pigmentatieveranderingen**. De Silk'n Flash&Go™ behandeling richt zich op de haarschacht, in het bijzonder op de pigmentcellen in het haarzakje en op het haarzakje zelf. Niettemin bestaat er een risico op tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogde pigmentatie of bruine verkleuringen) of hypopigmentatie (witte verkleuringen) in de omliggende huid. Het risico op veranderingen in huidpigmentatie is hoger voor mensen met een donkere huidskleur. Verkleuringen of veranderingen in huidpigmentatie zijn over het algemeen tijdelijk, en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komt slechts zelden voor.
- **Overmatige roodheid en zwelling**. In sommige gevallen kan de behandelde huid erg rood en opgezwollen

worden. Dit gebeurt meestal bij gevoelige lichaamsdelen. De roodheid en zwelling vermindert waarschijnlijk binnen 2 tot 7 dagen en kan behandeld worden door regelmatig ijs tegen de huid aan te houden. U kunt de huid voorzichtig reinigen, maar vermijd bloodstelling aan de zon.

- **Infectie**. Huidinfectie is zeer zeldzaam, maar is een mogelijk risico bij een huidverbranding of wond die onstaan is door Silk'n Flash&Go™.
- **Blauwe plekken**. In zeer zeldzame gevallen kan het gebruik van Silk'n™ blauwpaarse plekken veroorzaken die 5 tot 10 dagen blijven zitten. Wanneer de blauwe plekken wegtrekken, kan er een roestbruine verkleuring van de huid (hyperpigmentatie) achterblijven die permanent kan zijn

9. Plan uw Flash&Go™ behandelingen voor het beste resultaat

Over het algemeen duurt een complete haargroeicyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Flash&Go™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.
De effectiviteit van de ontharing variëert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n Flash&Go™ gebruikt wordt.
Een algemeen Silk'n Flash&Go™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:

- Er moet ca. twee weken tijd tussen de eerste 3-4 ontharingsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ gelaten worden.
- Tussen ontharingsbehandelingen 5-7 kunt u ca. vier weken tijd laten.
- Daarna kunt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat af en toe gebruiken wanneer het nodig is, totdat de lange-termijnresultaten bereikt zijn.

Het is aangetoond dat met dit aanbevolen behandelingsschema de beste resultaten bereikt worden. U kunt uw persoonlijke behandelingsschema echter anders opstellen, en toch goede resultaten bereiken.
Merk op dat de ontharingsresultaten niet verbeterd worden als u hetzelfde lichaamsdeel vaker dan eens per twee weken behandelt.
Onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ na het bereiken van lange-termijnontharing:
Door hormonen of andere fysiologische veranderingen kunnen rustende haarzakjes actief worden. Af en toe kunnen onderhoudsbehandelingen met Silk'n Flash&Go™ nodig zijn.

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm^2]	Anatomisch lichaamsdeel[2]	Gemiddeld aantal behandelingen[1]	Effectiviteit (% ontharing/ aangroeien)[1]
I-IV	Lichtbruin tot bruin	3-4.5	Onder - of bovenbenen	10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd four weeks apart.	60% Haarvermindering
			Armen		50% Haarvermindering
			Bininilijn		60% Haarvermindering
			Oksel		55% Haarvermindering
I-IV	Bruin tot zwart	3-4.5	Onder - of bovenbenen	8-10 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd	70% Haarvermindering
			Armen		60% Haarvermindering
			Bininilijn		70% Haarvermindering
			Oksel		65% Haarvermindering

1 Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeipatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.
2 Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

10. De eerste stappen met Silk'n Flash&Go™

10.1. Voorbereiding Silk'n Flash&Go™

1. Haal de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer dat de Verwisselbare Lamp op de juiste manier in het uiteinde van het apparaat geplaatst is.
3. Steek het snoer van de Adapter in de aansluiting van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid.
4. Sluit de Adapter aan op een elektrisch stopcontact. Het Standby-Indicatielampje gaat branden.

Uw Silk'n Flash&Go™ is nu klaar voor gebruik.

10.2. De eerste behandeling met de Silk'n Flash&Go™

De huid moet geschoren, schoon en droog zijn, en vrij van poeder of deodorant.

5. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar. Het Aan-Indicatielampje gaat branden en u hoort een ventilatorgeluid (zoals het geluid van een föhn).
6. Ca. 3,5 seconde nadat u op de Aan/Stby-Schakelaar gedrukt heeft, gaat het Gereed-Indicatielampje branden. Het apparaat stelt zichzelf in om lichtpulsen van het laagste energieniveau af te geven. Het apparaat is dan klaar voor gebruik en u kunt de eerste lichtpuls afgeven.
7. Als u een hoger energieniveau wilt instellen dan het laagste niveau drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+", om het niveau te verlagen of te verhogen totdat het gewenste energieniveau bereikt is. De Energieniveau-Indicatielampjes tonen het ingestelde energieniveau (zie het kader "Energieniveau").
8. Druk het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid aan en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en strak getrokken is. Zodra het Behandelingsoppervlak geheel met de huid in aanraking is, begint het Gereed-Indicatielampje te knipperen.
9. Druk op de Pulstoets. Het apparaat bepaalt eerst de kleur van uw huid.

Als de kleur van de huid licht genoeg is om veilig behandeld te kunnen worden, geeft het apparaat een lichtpuls af op uw huid. Het Gereed-Indicatielampje dooft daarna uit.

U ziet een felle lichtflits en hoort tegelijkertijd een plopgeluidje, wat het normale geluid van het apparaat is. U kunt een warm en tintelend gevoel ervaren.

De Silk'n Flash&Go™ laadt meteen weer op voor de volgende puls. Na 3,5 seconde gaat het Gereed-Indicatielampje weer branden.

Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice (zie het kader "De huidskleursensor").

10. Haal het Behandelingsoppervlak van het behandelde gedeelte van de huid af.
11. Verplaats het Behandelingsoppervlak naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de afdrukken die het apparaat op uw huid achterlaat om te bepalen waar de volgende puls afgegeven moet worden. Op

deze manier kunt u voorkomen dat u stukken overslaat of dat de pulsen elkaar overlappen (zie het kader "Behandeling van alle gedeelten van de huid").
Waarschuwing: Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan eens per behandeling! Hierdoor wordt de kans op ongunstige bijwerkingen aanzienlijk verhoogd.
12. Begin weer bij stap 5 en herhaal het proces.
Staak Het Gebruik Onmiddellijk wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

Energieniveau
Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n Flash&Go™ lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt, van het laagste niveau (-) tot het hoogste niveau (+). De overeenkomstige Indicatielampjes op het Bedieningspaneel duiden de energieverhogingen aan. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties. Begin uw eerste ontharingsbehandeling met de Silk'n Flash&Go™ altijd op de laagste energiestand.
Als uw weinig of geen ongemak ervaart tijdens en na de ontharingsbehandeling op de laagste energiestand, verhoog het energieniveau bij de volgende behandeling dan met één indicatielampje, en verhoog het niveau weer bij elke daaropvolgende behandeling.

Verhoog het energieniveau niet wanneer u een ongewone mate van ongemak ervaart tijdens of na het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ (Zie "Eventuele bijwerkingen").
Verhoog het energieniveau niet tijdens de ontharingsbehandeling, zelfs als u geen ongemak ervaart. Ongemak kan enige tijd na de behandeling optreden.

Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.

Wanneer de Silk'n Flash&Go™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één Energieniveau-Indicatielampje.
Om het energieniveau in te stellen drukt u op de Energieniveau-Instellingstoetsen "-" of "+" om het energieniveau te verlagen of te verhogen. Het aantal Energieniveau-Indicatielampjes komt overeen met de verandering in het energieniveau.

De huidskleursensor
Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n Flash&Go™ een unieke Huidskleursensor die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de Huidskleursensor een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n Flash&Go™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.
Als u geen lichtflits ziet en het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n Flash&Go™ klantenservice.

Behandeling van alle gedeelten van de huid
De Silk'n Flash&Go™ lichtpulsen moeten in rijen toegepast worden. Begin aan het ene uiteinde van elke rij

en werk naar het andere uiteinde toe. Met deze techniek kunt u beter controleren welk gedeelte van de huid u al behandeld heeft, en helpt u te voorkomen dat hetzelfde gedeelte meer dan én keer behandeld wordt of dat de gedeelten elkaar overlappen.
Het Silk'n Flash&Go™ Behandelingsoppervlak is ontworpen om, wanneer deze tegen de huid aangehouden wordt, tijdelijke afdrukken op de behandelde huid achter te laten. Deze zichtbare afdrukken kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende puls.

Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!
Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!

STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

10.3. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n Flash&Go™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n Flash&Go™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n Flash&Go™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Plopgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Vrij stevig drukken op het Behandelingsoppervlak** - Dit is nodig om de lichtpulsen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n Flash&Go™.
- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
  Het is belangrijk voor de eerste behandelingen altijd lage energiestanden te gebruiken. U kunt maximaal een uur lang na uw ontharingsbehandeling nog warmte voelen.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n Flash&Go™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
  Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ onmiddellijk staken.

10.4. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit door op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken. Alle indicatielampjes doven uit en het Standby-Indicatielampje gaat branden. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energiestand onthoudt; het Silk'n Flash&Go™ apparaat bewaart het energieniveau niet.)
- Haal de stekker van de Adapter uit het stopcontact.

- U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak (Zie: "Reiniging van de Silk'n Flash&Go™").
  U kunt uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.

Huidverzorging na de behandeling
Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en tenminste 2 weken na de laatste Silk'n Flash&Go™ behandeling.

Bijwerkingen en complicaties
Bij sommige patiënten kunnen pigmentatieveranderingen ontstaan na behandeling met Silk'n Flash&Go™. Deze bijwerkingen, wanneer zij plaatsvinden, zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard.
Neem a.u.b. onmiddellijk contact op met uw huisarts wanneer u complicaties ervaart (zie "Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™").

11. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™

11.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™

U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Veeg het oppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat, vooral het Behandelingsoppervlak, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.

Dompel het Silk'n Flash&Go™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

11.2. Het vervangen van de Lamp

De Silk'n Flash&Go™ Verwisselbare Lamp kan 1000 lichtpulsen afgeven, wat over het algemeen genoeg is om 2 benen, armen, oksels en de bikinilijn te behandelen. De intensiteit van de lichtpulsen hangt alleen af van de instelling van het energieniveau op het apparaat. De energie neemt niet af gedurende de periode dat de Verwisselbare Lamp meegaat.
Nadat de Verwisselbare Lamp voor 90% verbruikt is, gaat het Lamp Vervangen-Indicatielampje op het Bedieningspaneel knipperen, wat aangeeft dat de Verwisselbare Lamp binnenkort vervangen moet worden.
Naarmate het verbruik van de Verwisselbare Lamp dichter bij 100% komt, begint het Lamp Vervangen-Indicatielampje vaker te knipperen.
Nadat alle 1000 pulsen in een Verwisselbare Lamp verbruikt zijn, gaat het Lamp Vervangen-Indicatielampje

constant branden, wat aangeeft dat er geen lichtpulsen meer afgegeven kunnen worden.
Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de Verwisselbare Lamp nu vervangen worden.

Let op: De Verwisselbare Lamp moet ook vervangen worden wanneer er grote vlekken op verschijnen of als het Behandelingsoppervlak kapot is gegaan.

Het vervangen van de Verwisselbare Lamp:
1. Druk op de Aan/Stby-Schakelaar om de Silk'n Flash&Go™ in de standby-stand te zetten.
2. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte Verwisselbare Lamp aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe Verwisselbare Lamp uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe Verwisselbare Lamp voorzichtig op zijn plaats.

Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.

12. Probleemoplossing

12.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet."
- Controleer of de Adapter goed aangesloten is op het Silk'n Flash&Go™ apparaat.
- Controleer of de stekker van de Adapter goed in het stopcontact zit.

12.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk."
Zorg ervoor dat het Gereed-Indicatielampje knippert om er zeker van te zijn dat het Behandelingsoppervlak stevig en gelijkmatig tegen de huid aangedrukt wordt en goed in contact met de huid komt. Voor uw veiligheid kan de Pulstoets alleen een lichtpuls activeren wanneer het Behandelingsoppervlak stevig tegen de huid gedrukt wordt.
- Controleer het Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje. Als dit lampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice.
  - Controleer het Lamp Vervangen-Indicatielampje. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de Verwisselbare Lamp.
  - Controleer dat het Gereed-Indicatielampje brandt.
- Wanneer het Gereed-Indicatielampje niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
  - Controleer het Systeemwaarschuwingsindicatielampje.

- Als het lampje brandt, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de Aan/Stby-Schakelaar te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer deze problemen aanhouden.

Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk'n Flash&Go™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.
Als u probeert het Silk'n Flash&Go™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen.
Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

13. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com.
Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over Silk'n Flash&Go™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice:
Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

14. Specificaties

Grootte behandelde plaats		1,3cm x 3cm [3,9cm^2]
Snelheid		1 Puls per 3,5 seconden: 1,1 cm2/sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Max. Energieniveau		Max 5J/cm^2
Golflengte		475-1200nm
Oplaadtijd/Stroombron		Doorlopend gebruik
Elektrische vereisten		100-240VAC, 0.9A
Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen		30 Minuten
Bediening en veiligheid		De nieuwe Huidskleursensor garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren.
Afmetingen verpakking		22cm x 22cm x 14cm
Gewicht systeem		0.35kg
Temperatuur	Werking	10 to 40°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmosferische druk	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

15. Etiket



Beschermingsgraad tegen elektrische schok:

Gebruiksonderdeel type BF

AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

CE-markering

Volg bedieningsinstructies op

CSA-markering voor VS en Canada

Beschermingsgraad tegen binnendringend water: normaal

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van ontvlambare anesthetische mengsels met lucht of met zuurstof of lachgas.

Kurzanleitung

Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™

1. Nehmen Sie die Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einweglichteinsatz richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt ist.
3. Stöpseln Sie das Adapterkabel in die Anschlussdose der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit ein.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Steckdose. Die Betriebsbereit-Anzeige wird aufleuchten.

Ihr Silk'n Flash&Go™ ist jetzt bereit, zu beginnen.

Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

Die Haut sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein.

5. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit. Die Betriebsanzeige wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
6. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den Netzschalter Für Ein/Betriebsbereit gedrückt haben, wird die Bereitschaftsanzeige aufleuchten. Das Gerät ist automatisch auf die niedrigste Energiestufe eingestellt. Es ist dann für die Versendung des ersten Pulses bereit.
7. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die Anzeige der Energiehöhe stimmt mit der Einstellung der Energiehöhe überein. (Siehe auch Energiehöhe).
8. Wenden Sie die Behandlungsfläche auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die Behandlungsfläche im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die Bereitschaftsanzeige zu blinken.
9. Drücken Sie die Pulstaste. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen.

Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt.

Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knall Geräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden eine mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren.

Silk'n Flash&Go™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.

Wenn ein Puls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufleuchtet, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst (siehe auch den Kasten „Hautfarben-Sensor").

10. Entfernen Sie die Behandlungsfläche von der behandelten Hautfläche.
11. Gehen Sie nun mit der Behandlungsfläche zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden (siehe das Behandeln von Hautoberflächen).

Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

12. Wiederholen Sie das Vorgehen bei Schritt 5 beginnend.

Planen Sie Ihre Silk'n Flash&Go™ Haarentfernung für beste Resultate!

Ein typischer Haarentfernungsplan während eines gesamten Haarwachstumszyklus:

Die ersten 3- 4 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr im Abstand von 2 Wochen erfolgen.

Die 5 - 7 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr im Abstand von 4 Wochen erfolgen.

Danach werden Sie Silk'n Flash&Go™ normalerweise von Zeit zu Zeit dann wieder verwenden, wenn es vonnöten ist, bis langzeitliche Resultate erreicht werden.

Typische Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ nach Erreichen einer dauerhaften Haarentfernung:

Ruhende Haarfollikel könnten wegen hormoneller oder anderer physiologischer Veränderungen aktiv werden. Daher könnten Haarentfernungssitzungen zur Nachsorge von Zeit zu Zeit vonnöten sein.

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Druckdatum: Mai 2011
Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt.
Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.
Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd.
Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist Silk'n Flash&Go™? *p.59*
1.1 Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts *p.60*
1.2 Verpackungsinhalt *p.60*
1.3 Der Einweglichteinsatz *p.60*
2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™ *p.60*
3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™ *p.60*
4. Gegenanzeigen *p.61*
5. Wann sollte die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vermieden werden? *p.62*
6. Vorsichtsvorkehrungen - Wie wird Silk'n Flash&Go™ sicher verwendet? *p.63*
7. Verminderung der Verletzungsgefahr *p.65*
8. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ *p.66*
9. Flash&Go™ Haarentfernungsplan für optimale Ergebnisse *p.67*
10. Erste Schritte mit Silk'n Flash&Go™ *p.68*
10.1 Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™ *p.68*
10.2 Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ *p.68*
10.3 Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können *p.70*
10. 4 Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ *p.71*
11. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™ *p.72*
11.1 Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™ *p.72*
11.2 Das Ersetzen des Lichteinsatzes *p.72*
12. Fehlerbehebung *p.73*
12.1 "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein" *p.73*
12.2 „Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke" *p.73*
13. Kundendienst *p.74*
14. Technische Daten *p.74*
15. Etikettierung *p.75*
Die EC Konformitätserklärung *p.76*

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau durch.
Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ wieder verwenden, erneut vertraut machen.
Silk'n Flash&Go™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden.
Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau!

1. Was ist Silk'n Flash&Go™?

Silk'n Flash&Go™ ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.

1.1. Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts.

Ihr Silk'n Flash&Go™ besteht aus einer Haarentfernungseinheit mit einem Bedienungsfeld und einem Einweglichteinsatz. Auf dem Griff der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit finden Sie den Pulsschalter. Der Einweglichteinsatz befindet sich an der Spitze der Haarentfernungseinheit.

① Haarentfernungseinheit
② Bedienungsfeld
③ Pulsschalter
④ Einweglichteinsatz
⑤ Hautfarben-Sensor
⑥ Behandlungsfläche
⑦ Bedienungsfeld
⑧ Netzschalter für Ein/ Betriebsbereit
⑨ Betriebsbereit-Anzeige
⑩ Betriebsanzeige
⑪ Regelschalter der Energiehöhe
⑫ Anzeige der Energiehöhe
⑬ Einweglichteinsatz ersetzen
⑭ Systemwarnanzeige
⑮ Hauttyp-Warnanzeige
⑯ Bereitschaftsanzeige

1.2. Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Flash&Go™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit
- Ein wandmontierter Adapter
- Ersatz-Einweglichteinsätze
- Dieses Benutzerhandbuch
- Eine Anwendungs - DVD

1.3. Der Einweglichteinsatz

Der Silk'n Flash&Go™ Einweglichteinsatz kann 1000 Lichtpulse erzeugen (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse). Bei einer durchschnittlichen Körpergröße können 1000 Pulse z. B.
eine Behandlungssitzung für 2 Beine, 2 Arme, Achselhöhlen und Bikinizone
oder zwei Behandlungssitzungen für 2 Beine und 2 Achselhöhlen
oder zehn Behandlungssitzungen für Achselhöhlen und Bikinizone abdecken.
Dies hängt ganz von den zu behandelnden Körperbereichen ab. Innerhalb des ersten Jahres der Silk'n Flash&Go™ Verwendung werden Sie zwischen 1 und 7 Einweglichteinsätzen benötigen.

2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen. Silk'n Flash&Go™ ist außerdem für langzeitliche oder dauerhafte Haarentfernung vorgesehen. Unter einer dauerhaften Haarentfernung versteht man die langzeitliche, beständige Reduzierung der nachwachsenden Haare nach einem Behandlungszyklus.

Silk'n Flash&Go™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden.
Für die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™

Mit Silk'n Flash&Go™ steht die Sicherheit an erster Stelle

HPL™- Technologie bei Silk'n Flash&Go™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe

Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsresultate zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n Flash&Go™ verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Haut

Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n Flash&Go™ besitzt einen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern.
Darüber hinaus ist eine 1,3x3 cm^2 Behandlungsfläche, durch die Lichtpulse abgegeben werden, innerhalb des Einweglichteinsatzes vertieft. Dies ermöglicht Silk'n Flash&Go™, Ihre Haut zu schützen, indem eine direkte Berührung zwischen der Behandlungsfläche und der Haut vermieden wird.

Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Augen

Silk'n Flash&Go™ besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die Behandlungsfläche in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die Behandlungsfläche in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.

4. Gegenanzeigen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n Flash&Go™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie www.siln.com oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n Flash&Go™ aufsuchen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Silk'n Flash&Go™ sicher verwenden können, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Dermatologen!

- **VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe!**

Silk'n Flash&Go™ entfernt unerwünschte Haare, indem es Haarpigmente gezielt auswählt. Eine vielgestaltige Anzahl an Pigmenten existiert auch im umliegenden Hautgewebe. Die Anzahl der Pigmente in der jeweiligen Haut einer Person, die durch die Hautpigmentierung angezeigt wird, bestimmt das Ausmaß des Risikos, welchem Sie sich bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ aussetzt.

Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Flash&Go™ kann zu negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel Brandwunden, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen.
Ein einzigartiger Hautfarben-Sensor ist in dem Silk'n Flash&Go™ Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der Hautfarben-Sensor sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.

VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe! Es wird nicht funktionieren! Beachten Sie die Hautfarbtabelle innerhalb der Verpackung.

Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin.
Das trifft auf alle Hauttypen und - pigmentierungen zu, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ verwenden.

Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Flash&Go™ kann zu negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel Brandwunden, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation), führen.

VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT auf einer gebräunten Haut oder nach einer vor kurzem ausgeführten Sonnenexposition! Eine solche Verwendung kann zu ernsthaften Verbrennungen und zur Verletzung der Haut führen.

Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Silk'n Flash&Go™ Behandlung eine Sonnenexposition!

- **Nicht an den Augen verwenden!**

Silk'n Flash&Go™ kann für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden – verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ niemals an oder in der Nähe der Augen.

Nicht an den Augen verwenden!

- **Bitte beachten Sie! Silk'n Flash&Go™ ist auf hellem Haar nicht wirksam.**

Das Silk'n Flash&Go™ Gerät ist auf natürlichen weißen, grauen, blonden oder roten Körperhaaren nicht wirksam. Sollten Ihre Körperhaare diese Farben haben, wird Silk'n Flash&Go™ bei Ihnen keine Wirkung ausüben.

5. Wann eine Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vermieden werden sollte

Bestimmte Gegebenheiten können die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ vorübergehend verhindern. VERWENDEN SIE Silk'n Flash&Go™ NICHT, wenn eine der folgenden Gegebenheiten zur Zeit auf Sie zutrifft:

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen (einen Milchfluss haben).
- Wenn Sie einem starken Sonnenlicht oder einer künstlichen Solariumsbräunung während der letzten 28 Tagen ausgesetzt waren.
- Wenn Sie eine Tätowierung oder ein permanentes Make-up auf der zu behandelnden Fläche besitzen.
- Wenn Sie auf der zu behandelnden Fläche dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie zum Beispiel große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen besitzen.

- Wenn Sie Hautausschlag, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder aktive Infektionen, wie zum Beispiel Fieberbläschen, auf der zu behandelnden Fläche aufweisen. Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Flash&Go™ verwenden.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren, eine bekannte Lichtempfindlichkeit (Fotosensibilität) haben oder Medikationen einnehmen, die die Haut lichtempfindlicher machen, einschließlich nicht steroider, entzündungshemmender Wirkstoffe (zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracyclin, Phenothiazine, Thiazid-Diuretikum, Diuretika, Sulfonyluraes, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retin-A®, Accutane® und/oder topischer Retinoide.
- Wenn Sie im Moment oder vor kurzem mit Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retin-A®, topischen Retinoiden or Azelainsäure behandelt wurden.
- Wenn Sie einen krankhaften Zustand der Haut haben, der zum Beispiel durch Diabetes oder andere Allgemeinerkrankungen oder Stoffwechselkrankheiten ausgelöst wird.
- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten mit Accutane® (Isotretinoin) behandelt worden sind.
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten auf einer steroiden Kur befunden haben.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Herpesausbrüchen auf der Behandlungsfläche haben, sofern Sie nicht Ihren Arzt zu Rate gezogen haben und eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ erhalten haben.
- Wenn Sie an Epilepsie leiden.
- Wenn Sie ein wirksames Implantat haben, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, ein Gerät für die Inkontinenz, eine Insulinpumpe, usw.
- Wenn Sie eine Krankheit haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus, etc.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren besitzen.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben.
- Wenn bei Ihnen eine weitere Gegebenheit zutrifft, die nach Ansicht Ihres Arztes, eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.

  Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Silk'n Flash&Go™ für Sie sicher zu verwenden ist, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Dermatologen um Rat.

6. Vorsichtsvorkehrungen - Wie wird Silk'n Flash&Go™ sicher verwendet?

- **Wählen Sie Ihre Energiestufen SORGFÄLTIG aus!**

  Die Energiehöhe bezieht sich auf die Intensität des Lichtpulses, welcher während der Verwendung von der niedrigsten Stufe (-) bis zur höchsten Stufe (+) auf Ihre Haut projiziert wird. Die Anzeigelampen auf dem Bedienungsfeld geben die Energiehöhe wieder, auf die die Maschine eingestellt ist. Steigt die Energiehöhe an, erhöhen sich die Resultate von Silk'n, sowie das Risiko von Nebenwirkungen (siehe unten "Mögliche Nebenwirkungen").

  Beginnen Sie Ihre erste Verwendung von Silk'n Flash&Go™ immer bei der niedrigsten Einstellung der

Energiehöhe (eine Anzeige bei "-")!
Nur wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während oder nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ bei der niedrigsten Einstellung der Energiehöhe empfinden, erhöhen Sie bei Ihrer nächsten Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ die Energiestufe um eine Anzeigelampe und fahren bei jeder nachfolgenden Haarentfernungssitzung so fort.
Lesen Sie für eine ausführlichere Anleitung über die Einstellung der Energiehöhe im Kasten "Energiehöhe" im Abschnitt "Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ " nach.

- **Vermeiden Sie Beeinträchtigungen!**
  Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Haarentfernungssitzung!
  Versuchen Sie, überschneidende Pulse zu vermeiden!
  Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE VERWENDUNG UMGEHEND!
- **Vermeiden Sie Komplikationen nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™!**
  Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus!
  Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusem Licht für über eine Stunde dar.
  Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen.
- Rasieren Sie die zu behandelnde Fläche immer, wenn Haare oder Stoppeln aus den Follikeln oder der Haut herausstehen und gehen Sie sicher, dass die Haut vor dem Verwenden von sauber und trocken ist.
- Bedecken Sie Leberflecken und Tätowierungen bevor Sie Silk'n Flash&Go™ anwenden.
- Bedecken Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie zum Beispiel große Sommersprossen, Muttermale, oder Warzen, bevor Sie Silk'n Flash&Go™ anwenden.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht, das von der Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche ausgeht.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht im Bereich der (männlichen oder weiblichen) Brustwarzen und Genitalien.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht auf einer Körperstelle, an der Sie sich später eventuell Haare wünschen.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ ausschließlich zur Haarentfernung.
- Verwenden Sie die Behandlungsfläche von Silk'n Flash&Go™ niemals, um einen Lichtpuls im offenen Raum auszusenden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Behandlungsfläche während der Anwendung auf die Haut gerichtet ist und im vollständigen Kontakt mit der Haut steht.
- Entfernen sie die Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche von der Haut, sobald entweder die Haut oder die Behandlungsfläche zu heiß ist.
- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Applikationen, die Alkohol enthalten) oder Azeton, um die Haut vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ zu reinigen.
- Die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ kann zu kurzzeitigen Veränderungen der Pigmentation führen (siehe unten "Mögliche Nebenwirkungen").
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie Silk'n nicht bei Kinder oder/und erlauben es Kindern, Silk'n Flash&Go™ zu verwenden.

7. Verminderung der Verletzungsgefahr

Wie bei jedem elektrischen Gerät, müssen bestimme Vorsichtmaßnahmen eingehalten werden, um Ihre Sicherheit während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ zu gewährleisten.
Halten Sie Silk'n Flash&Go™ von Wasser fern!

- Silk'n Flash&Go™ ist ein elektrisches Gerät. Sie sollten es daher von Wasser fernhalten.

Platzieren oder bewahren Sie Silk'n Flash&Go™ nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen werden könnte.
Stellen Sie es nicht ins Wasser oder lassen Sie es nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen.
Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn Sie ein Bad nehmen.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn es feucht oder nass wird.
Greifen Sie nicht nach dem Silk'n Flash&Go™ Gerät wenn es ins Wasser gefallen ist.
Ziehen Sie den Netzschalter des Silk'n Flash&Go™ Geräts sofort aus der Steckdose, wenn es ins Wasser gefallen ist.

Halten Sie Silk'n Flash&Go™ von Wasser fern!

- Öffnen Sie Silk'n Flash&Go™ niemals!
  Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Das Öffnen des Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und gepulster Lichtenergie in Kontakt bringen, was jeweils zu einer ernsthaften körperlichen Schädigung und/oder einem bleibenden Augenschaden führen kann.
  Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierte Reparaturwerkstätten von Silk'n™ dürfen Reparaturen vornehmen.

Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
Nur autorisierte Reparaturwerkstätten von Silk'n™ dürfen Reparaturen vornehmen.

- Der Versuch, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen, kann das Gerät beschädigen und hebt Ihre Garantie auf. Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n Flash&Go™, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nur für seinen Verwendungszweck und so wie es in dessen Betriebsanleitung beschrieben ist.
- Silk'n Flash&Go™ sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es mit einer Steckdose verbunden ist.
- Setzen Sie Silk'n Flash&Go™ nicht in Betrieb, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat und halten Sie das Netzanschlusskabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn Sie Rauch sehen oder riechen können, während es in Betrieb ist.

- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es beschädigt zu sein scheint.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn der Hautfarben-Sensor rissig oder zerbrochen ist.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht, wenn das Außengehäuse rissig ist oder auseinander fällt.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht mit einem beschädigten Einweglichteinsatz oder wenn die Behandlungsfläche rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.
- Ziehen Sie das Netzkabel von Silk'n Flash&Go™ immer sofort nach der Verwendung aus der Steckdose heraus.
- Ziehen Sie das Netzkabel von Silk'n Flash&Go™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht mit Anschlüssen oder Zubehörteilen, die nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen werden.

8. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™

Sobald Silk'n Flash&Go™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Unerwünschter Zwischenfall	Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Zwischenfalls	Unerwünschter Zwischenfall	Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Zwischenfalls
Überschneiden oder Anhäufen von Pulsen auf einer Körperstelle	Gering	Leichte Schmerzen auf der Haut	Gering
		Hautrötung	Gering
		Erhöhte Empfindlichkeit der Haut	Gering
		Hautwunden und Verbrennungen	Selten
		Narbenbildung	Selten
		Pigmentänderungen	Selten
		Übermäßige Rötung und Schwellung	Selten
		Infektion	Kaum
		Blutergüsse	Kaum

- **Leichte Schmerzen auf der Haut.** Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.
- **Rötung der Haut**. Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.
- **Erhöhte Empfindlichkeit der Haut**. Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblätterung der Haut antreffen können.

- **Wunden und Verbrennungen der Haut**. Sehr selten können nach der Anwendung Verbrennungen oder Wunden auf der Haut auftreten. Die Verbrennung oder Wunde würde ein paar Wochen zur Heilung benötigen und äußerst selten könnte eine bleibende Narbe zurückbleiben.
- **Narbenbildung**. Obwohl es sehr selten vorkommt, kann eine dauerhafte Narbenbildung auftreten. Wenn eine Narbenbildung auftritt, erscheint sie normalerweise in Form einer flachen und weißen Läsion auf der Haut (hypotroph).
  Es kann allerdings auch eine große und rote (hypertroph) oder eine umfassende Narbe sein, und sich über die Ränder der Verletzung selbst ausdehnen (Keloid) kann. Anschließende ästhetische Behandlungen könnten vonnöten sein, um das Erscheinungsbild der Narbe zu verbessern.
- **Pigmentänderungen**. Silk'n Flash&Go™ zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentation (verstärktes Pigment oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentation (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentation ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigementveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentation oder Hypopigmentation tritt nur selten auf.
- **Übermäßige Rötung und Schwellung**. In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot und angeschwollen werden. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.
- **Infektion**. Eine Infektion der Haut ist äußerst selten, aber dennoch ein mögliches Risiko nach einer Verbrennung oder Wunde der Haut, die Nutzung von Silk'n Flash&Go™ verursacht worden sind.
- **Blutergüsse**. Die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ kann sehr selten zu bläulichen Blutergüssen führen, die 5 bis 10 Tage andauern können. Nachdem die blauen Flecken verblassen, kann eine rostbraune Verfärbung der Haut (Hyperpigmentation) auftreten, die dauerhaft sein kann.

9. Flash&Go™ Haarentfernungsplan für optimale Ergebnisse

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Flash&Go™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.
Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n Flash&Go™.
Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n Flash&Go™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

- Die ersten 3-4 Haarentfernungssitzungen mit Silk'n Flash&Go™ sollten ungefähr zwei Wochen auseinander liegen.
- Die Haarentfernungssitzungen 5-7 mit Silk'n™ sollten ungefähr vier Wochen auseinander liegen.
- Danach werden Sie Silk'n™ normalerweise wieder von Zeit zu Zeit verwenden und wenn es vonnöten ist, bis langzeitliche Ergebnisse erreicht werden.

Die ist der herkömmliche Behandlungsplan, der die besten Ergebnisse hervorgebracht hat. Sie können Ihren persönlichen Behandlungsplan auch anders gestalten und dennoch ein zufrieden stellendes Ergebnis erlangen. Bitte beachten Sie die Behandlung einer Körperstelle, die öfter als 2 Mal wöchentlich ausgeführt wird, das

Ergebnis der Haarentfernung nicht verbessert.
Typische Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ nach Erreichen einer dauerhaften Haarentfernung:
Aufgrund hormoneller oder anderer physiologischer Veränderungen können ruhende Haarfollikel aktiv werden. Es könnten daher Haarentfernungssitzungen zur Nachsorge mit Silk'n Flash&Go™ von Zeit zu Zeit vonnöten sein.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm²]	Anatomischer Körperbereich [2]	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen	Effektivität (% Haarrückgang/ erneute Wachstum)
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4.5	Ober - oder Unterbeine	Ungefähr 10–12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4.5	Ober - oder Unterbeine	Ungefähr 8-10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		65% Rückgang des Haarwuchses

1 Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.
2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

10. Erste Schritte mit Silk'n Flash&Go™

10.1. Der Aufbau von Silk'n Flash&Go™

1. Nehmen Sie die Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Einweglichteinsatz richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt ist.
3. Stöpseln Sie den Adapter in die Anschlussdose der Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit ein.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Steckdose. Die Betriebsbereit-Anzeige wird aufleuchten. Ihr Silk'n Flash&Go™ ist jetzt bereit, zu beginnen.

10.2. Die erste Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

Die Haut sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein.
5. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit. Die Betriebsanzeige wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
6. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den Netzschalter Für Ein/Betriebsbereit gedrückt haben, wird die Bereitschaftsanzeige aufleuchten. Das Gerät ist automatisch auf die niedrigste Energiestufe eingestellt. Es ist dann für die Versendung des ersten Pulses bereit.
7. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die Anzeige der Energiehöhe stimmt mit der Einstellung der Energiehöhe überein (siehe auch Energiehöhe).

8. Wenden Sie die Behandlungsfläche auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die Behandlungsfläche im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die Bereitschaftsanzeige zu blinken.
9. Drücken Sie die Pulstaste. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen.
Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt.
Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes KNALL Geräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden eine mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren.
Silk'n Flash&Go™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchten.
Wenn ein Puls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufleuchtet, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst (siehe auch den Kasten „Hautfarben-Sensor").
10. Entfernen Sie die Behandlungsfläche von der behandelten Hautfläche.
11. Gehen Sie nun mit der Behandlungsfläche zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden (siehe das Behandeln von Hautoberflächen).
Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.
12. Wiederholen Sie das Vorgehen bei Schritt 5 beginnend.
Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Energiehöhe
Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtpulses fest, der während der Behandlung auf Ihre Haut abgegeben wird. Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden. Die Anzahl der Anzeigelampen der Energiehöhe wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch eine höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.
Verwenden Sie bei Ihrer ersten Silk'n Flash&Go™ Sitzung die niedrigste Energiehöhe.
Wenn Sie während und nach Ihrer ersten Sitzung wenig oder keine Schmerzen verspüren, können Sie die Energiehöhe für die nächste Sitzung um eine Stufe der Anzeigelampe erhöhen. Fahren Sie bei Ihren nächsten Sitzungen entsprechend fort..

Wenn Sie allerdings während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ - oder danach - Schmerzen verspüren, sollten Sie die Energiestufe nicht erhöhen. (Siehe mögliche Nebenerscheinungen)
Erhöhen Sie die Energiehöhe nicht während einer Haarentfernungssitzung, selbst wenn Sie keine Schmerzen verspüren. Schmerzen können auch zeitversetzt nach der Sitzung auftreten.

Hinweis! Nach einem Austausch des Einweglichteinsatzes wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

Wann immer Silk'n Flash&Go™ eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine Anzeigelampe der Energiehöhe wird eingeschaltet sein.
Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um die Energiehöhe entsprechend zu verringern oder zu erhöhen. Die Anzahl der Regelschalter der Energiehöhe wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen.

Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopgimentation) führen.
Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n Flash&Go™ einen einzigartigen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n Flash&Go™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.
Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Flash&Go™ Kundendienst.

Das Behandeln von Hautoberflächen

Die Pulse von Silk'n Flash&Go™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln.
Die Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.

Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!
Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!

Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Deutsch

10.3. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n Flash&Go™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Flash&Go™ ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläses** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n Flash&Go™ macht ein rauschendes Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.

- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck der Behandlungsfläche** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n Flash&Go™.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
  Denken Sie daran, dass es wichtig ist, immer niedrige Energieeinstellungen für anfängliche Sitzungen zu verwenden. Sie können etwas Wärme bis zu einer Stunde nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ fühlen.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.
  Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ umgehend.

10.4. Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit drücken. Alle Anzeigen erlöschen und die Betriebsbereit-Anzeige leuchtet auf (vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ erneut einschalten).
- Ziehen Sie das Adapterkabel aus der Steckdose heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät, besonders die Behandlungsfläche, reinigen (siehe "Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.

Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung
Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

Nebenwirkungen und Komplikationen
Einige Patienten können eine Veränderungen der Pigmentation erfahren, die aus der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ resultiert. Wenn diese Auswirkungen auftreten, sind im Allgemeinen gering und kurzlebig.
Sollten Sie jedoch die Erfahrung mit einer Komplikation machen (Siehe "Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™"), **wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.**

11. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™

11.1. Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät und insbesondere die Behandlungsfläche reinigen.

- Ziehen Sie Silk'n Flash&Go™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger, z. B. für Computer - oder TV-Bildschirme, um Silk'n Flash&Go™ und insbesondere die Behandlungsfläche sanft abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n Flash&Go™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

11.2. Das Ersetzen des Lichteinsatzes

Der Einweglichteinsatz von Silk'n Flash&Go™ kann 1000 Lichtpulse erzeugen, die normalerweise 2 Beine, Arme, Achselhöhlen und die Bikinizone abdecken. Die Intensität des Pulses wird nur in Übereinstimmung mit der Einstellung der Energiehöhe des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer des Einweglichteinsatzes findet keine Herabsetzung der Energie statt.

Sobald ein Einweglichteinsatz 90 % seiner möglichen Nutzungsdauer erschöpft hat, wird die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen auf dem Bedienungsfeld aufblinken und anzeigen, dass der Einweglichteinsatz bald ersetzt werden sollte.

Je näher der Einweglichteinsatz an 100 % heranrückt, desto länger wird die Blinkzeit der Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen.

Sobald alle 1000 Pulse in einem Einweglichteinsatz verwendet worden sind, wird die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen kontinuierlich aufleuchten und anzeigen, dass keine weiteren Pulse mehr abgegeben werden können.

Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den Einweglichteinsatz zu ersetzen.

Bitte beachten Sie: Ein Einweglichteinsatz sollte auch ersetzt werden, sobald in ihm große Flecken erscheinen oder die Behandlungsfläche beschädigt ist.

Das Ersetzen eines Einweglichteinsatzes:

1. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit, um Silk'n Flash&Go™ in den Betriebsbereit-Modus zu schalten.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten Einweglichteinsatz auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der Applikatorfassung heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen Abfall.
4. Packen Sie einen neuen Einweglichteinsatz aus.
5. Drücken Sie den neuen Einweglichteinsatz sanft an seinen Platz.

Hinweis! Nach einem Austausch des Einweglichteinsatzes wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

12. Fehlerbehebung

12.1. "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein"

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Flash&Go™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

12.2. "Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke"

Vergewissern Sie sich, ob die Bereitschaftsanzeige blinkt als Zeichen dafür, dass Sie einen guten Kontakt mit der Haut hergestellt haben und, dass die Behandlungsfläche gleichmäßig und beständig in die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer Sicherheit wird die Pulstaste nur dann einen Puls versenden, wenn die Behandlungsfläche beständig gegen die Haut gedrückt wird.

- Wenn die Hautyp-Warnanzeige aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem Hautfarben-Sensor gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ Kundendienst.
- Überprüfen Sie die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und ersetzen Sie den Einweglichteinsatz.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige an ist.
  Wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
  - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Überprüfen Sie die Systemwarnanzeige.
  - Schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, wenn die Anzeige akitivert ist, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
  - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn diese Probleme bestehen bleiben.

Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können.
Der Versuch ein Silk'n Flash&Go™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

13. Kundendienst

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, www.silkn.eu oder www.silkn.com auf.
Wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Silk'n™ Kundenbetreuung, für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:
Für Kunden in den USA und Kanada: 1877 - DO-SLIKIN / 1-877-367- 4556, contact@silkin.com
Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

14. Technische Daten

Größe der Körperstelle		1,3 cm x 3 cm [3,9 cm^2]
Geschwindigkeit		1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,1 cm^2/Sek.
Technologie		Home Pulsed Light™
Maximale Energiehöhe		Max 5J/cm^2
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240VAC, 0.9A
Zeitdauer der Behandlung von Unterschenkeln		30 Minuten
Bedienung und Sicherheit		Ein neuer Hautfarben-Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut.
Größe der Verpackung		22 cm x 22 cm x 14 cm
Gewicht des Systems		0,35 kg
Temperatur	Betrieb	10 bis 40 °C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rF
	Lagerung	10 bis 90 % rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa

15. Etikettierung



Schutzgrad gegen einen Stromschlag: angewandtes Teil des Typ BF

WEEE – Elektro-– und Elektronikgeräte

CE-Kennzeichnung

Befolgen Sie die Bedienungsanleitung

CSA Markt für USA und Kanada

Schutzgrad für Wassereintritt: durchschnittlich

Dieses Produkt ist für eine Verwendung in Gegenwart einer brennenden betäubenden Zusammensetzung mit Luft oder mit Sauerstoff oder Stickoxid nicht geeignet.

EC Declaration of Conformity

We Home Skinovations Ltd. declare under our sole responsibility that the home Skin treatment products

Brand name: Home Skinovations

Model name	**Models Number**
Flash & Go,	AS102275A
Disposable Lamp Cartridge	AS102401A

re fully in conformity with the essential requirements of EC Council Directive 93/42/EEC.

This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

EMC:	**EN60601-1-2; 2004**
Electrical safety:	**EN60601-1; 1988 + A1:1991 + A2:1995**
Eye safety:	**IEC62471:2006**

Manufacturer:

Home Skinovations Ltd.
Tavor Building, Shaar Yokneam, POB 533,
Yokneam 20692, ISRAEL
Tel: +972-4-9097470
Fax: +972-4-9097471

Authorized Representative:

Mr. Oscar Middendorp
Inno Essentials BV, Donk 1B,
2991 Barendrecht, The Netherlands
Tel. +31-1-80330551
Fax +31-1-80330560

Signed:

Gabi Lavi

General Manager
Yokneam, April 4, 2011

Signed:

Dr. Amir Waldman

General Manager
VP Regulatory & Clinical Affairs
Yokneam, Aptril 4, 2011

HomeSkinovations

Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL **www.silkn.com**
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471, info@silkn.com, contact@silkn.com